26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00205/2013-000

1 - Itens da Licitação

1 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR TIPO PILSEN, CALDEIRA E COLETOR DE ÁGUA EM AÇO INOX, CÚPULA DE VIDRO OU AÇO RESISTENTE E INERTE PARA EVITAR TROCA DE ÍONS, SISTEMA DE PROTEÇÃO COM SENSOR DE FALTA D'ÁGUA, 220V , RENDIMENTO DE 2 L/H OU DE 5L/H.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

2 - SISTEMA DE CONTROLE

Descrição Detalhada: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (CR) MONOCASSETE (ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL). CASSETE COMPOSTO POR PLACA DE FÓSFORO PARA RAIOS-X, NO TAMANHO: 35X43CM. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 10 PIXELS/MM.SISTEMA DIGITALIZADOR POSSUIR CAPACIDADE DE: PROCESSAR, NO MÍNIMO, 34 CASSETES(RX) POR HORA NO FORMATO 35X43CM EM RESOLUÇÃO DE 100 MICRONS OU 10 PIXELS/MM, COMPROVADA EM CATÁLOGO. ALGORITMO ESPECIFICO PARA EXAMES VETERINÁRIOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DA ESCALA DE CINZAS COM AQUISIÇÃO DE DADOS 20 BITS/PIXEL, SAÍDA MÍNIMA DE 16BITS/PIXEL - CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO DE 320W PICO E 120W EM ESPERA (STANDBY), SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA USO MÓVEL DO EQUIPAMENTO, CARRINHO PARA TRANSPORTE DO SISTEMA. ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA IMAGENS DE RAIOS X, DEVE SER EQUIPADA COM MONITOR SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO DE 17", SVGA DE RESOLUÇÃO 1280X1024 PIXELS OU SUPERIOR. DEVERÁ CONTER SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES DE RAIOS X E SOFTWARE ADICIONAL DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DA IMAGEM. DEVE EFETUAR AUTOMATICAMENTE OBS: VER RESTANTE ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

3 - MACA CLÍNICA

Descrição Detalhada: MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE 0,80, ALTURA CERCA DE 1,00, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS COLCHONETE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

4 - BICICLETA ERGOMÉTRICA

Descrição Detalhada: BICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO CICLOERGÔMETRO COMPUTADORIZADO, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE MÁXIMA 140, FUNÇÕES PAINEL PROTOCOLOS, PROGRAMAS PRÉ-ESTABELECIDO, SOFTWARE, TIPO GUIDON ASSENTO E GUIDON REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE COMPUTADOR EXTERNO, CONEXÃO BIDIRECIONAL, ROTAÇÃO MÁXIMA 5 A 100, VOLTAGEM 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

5 - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: TABLET UNIFICADO A CAMERA PARA MICROSCÓPIO. ITENS INCLUSOS: TABLET CAM TELA DE 9.7" SISTEMA ANDROID COM CÂMERA 5.0MP INTEGRADA; SOFTWARE PROFISSIONAL PARA FOTOS, VÍDEO, MEDIÇÕES E CONTAGEM DE ÁREA; LENTE REDUTORA PARA CAPTURA E ADAPTADORES ÓPTICOS; ADAPTADOR USB; MANUAL DO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÕES SENSOR CMOS 1/2.5". 5 MEGAPIXELS (2592*1936), RESOLUÇÃO DE CAPTURA SELECIONÁVEL. PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE IMAGEM: 30 FPS NA RESOLUÇÃO MÁXIMA. FORMATO DE VÍDEO: 720P/15FPS. AJUSTE DE BRILHO: MANUAL / AUTOMÁTICO / PREDEFINIDO. CONTROLES PROGRAMÁVEIS: GANHO, TAXA DE QUADROS, TAMANHO DO QUADRO, EXPOSIÇÃO. TAMANHO DO PIXEL: 2.2UM X 2.2 UM. ADC: 12 BITS. GAMA DINÂMICA: 71DB. SNRMAX: 40.5DB. TIPO DE OBTURADOR: GLOBAL RESET RELEASE (GRR). MATRIZ FILTRO DE COR: RGB PADRÃO BAYER. CONEXÃO: PADRÃO INTERNACIONAL C-TYPE, C-MOUNT E ADAPTADORES OCULARES. DISPLAY: 9.7" 2º GERAÇÃO HDLED BACKLIGHT TELA LCD (1024*768), G-SENSOR, CAPACITIVA MULTI TOUCH SCREEN. SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID. CPU: 1.2GHZ (ARM CORTEX TM - A8 CORE). RAM: 1GB (DDR 3). DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO: ONBOARD FLASH 8GB, COMPATÍVEL COM CARTÃO TF EXTERNO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 32GB. APLICATIVOS: SOFTWARE DE MEDIDAS, OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

6 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Detalhada: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GELO CUBO, CAPACIDADE DEPÓSITO 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

7 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Detalhada: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

8 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRIFUGA DE BANCADA COM CRUZETA ANGULAR COM CAPACIDADE PARA 8 TUBOS DE 15 ML. CONSTRUÍDA EM CARCAÇA INJETADA EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COM PROTEÇÃO INTERNA EM AÇO INOX, LEVE E COMPACTA. TAMPA SUPERIOR COM INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO E COM VISOR QUE PERMITE VISUALIZAR E MEDIR A ROTAÇÃO. SISTEMA MOTOR TIPO "BRUSHLESS" - SEM ESCOVAS, TRIFÁSICO, ALTAMENTE ROBUSTO E ACIONADO POR SISTEMA DE INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, QUE PROPORCIONA ALTA ESTABILIDADE DA ROTAÇÃO COM NÍVEL BAIXO DE RUÍDO. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO COM PAINEL FRONTAL APRESENTADO DISPLAY DE 7 SEGMENTOS PARA INDICAÇÃO DE ESTÁGIOS DO PROCESSO, PERMITINDO UMA OPERAÇÃO FÁCIL, PRATICA E SEGURA. PAINEL CONTENDO TECLADO DE MEMBRANA TIPO SOFT-TOUCH QUE PERMITE AJUSTAR A ROTAÇÃO DE TRABALHO EM PATAMARES E TECLA ÚNICA "START/STOP". POSSIBILITA TRABALHOS ENTRE 500 E 5000 RPM, DEPENDENDO DO TIPO DE CRUZETA UTILIZADA, ALEM DE SER POSSÍVEL AJUSTAR O TEMPO DE ACELERAÇÃO ENTRE 12 E 120 SEG, O TEMPO DE PROCESSO ATE 999 MINUTOS E O TEMPO DE FRENAGEM ENTRE 12 E 300 SEG. OS DADOS DA ULTIMA CENTRIFUGAÇÃO, SERÃO MANTIDOS BASTANDO PRESSIONAR A TECLA DE PARTIDA PARA REATIVAR. SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADOS PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO COM TAMPA AB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

9 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA DE BANCADA DIGITAL: CENTRÍFUGA COM PROGRAMAÇÃO DE VELOCIDADE DE 500 A 5000 RPM OU RCF DE 1000 A 4730 G. TIMER DE 1 A 99 MIN. TRAVA ELÉTRICA DE TAMPA. MOTOR DE INDUÇÃO (DC BRUSHLESS). ALIMENTAÇÃO 220VAC (60HZ). RUÍDO: < 60 DBA. PESO 52KG. DIMENSÕES: 621X450X360 MM. INCLUSOS: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO, 01 ROTOR HORIZONTAL 4000 RPM EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E 01 (UM) JOGO DE CAÇAPAS P/ 20 TUBOS FALCON DE 50 ML E UM JOGO DE CAÇAPAS P/ 36 TUBOS FALCON DE 15 ML..

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

10 - BAROPODÔMETRO

Descrição Detalhada: BAROPODÔMETRO, MODELO COMPUTADORIZADO, TIPO PLATAFORMA PLATAFORMA 2288 SENSORES, RESOLUÇÃO 1,4SENSOR/CM², TIPO OPERAÇÃO TEMPO REAL, CENTRO DE FORÇA, ÁREA DE CONTATO, TIPO SISTEMA SOFTWARE P/WINDOWS, IMAGENS 3D, TIPO DE ANÁLISE COMPARA IMAGENS BIDIMENSIONAIS ATÉ 6 PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANÁLISE 4 ÁREAS DISTINTAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

11 - SISTEMA DE CONTROLE

Descrição Detalhada: SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE SINAIS DE 12 CANAIS, TIPO DE COMUNICAÇÃO TELEMETRIA WI-FI TCP-IP; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AUTOMÁTICA OU BATERIA; FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 50KHZ; FEEDBACK VISUAL (SINAL RETIFICADO) NO ELETRODO; SEUS CANAIS PODEM SER UTILIZADOS TANTO PARA EMG COMO PARA SENSORES GONIÔMETROS, TRANSDUTORES DE FORÇA, ACELERÔMETROS, DOLORÍMETRO, ETC), CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA; ARMAZENAGEM DOS DADOS EM MÍDIA DIGITAL; VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL E APÓS A COLETA; SALVA E EXPORTA OS SINAIS NOS PADRÕES .DAT E .TXT; VALORES ESTATÍSTICOS POR JANELAMENTO TAIS COMO: MÉDIA, DESVIO PADRÃO, INTEGRAL DA CURVA; ESPECTRO DE POTÊNCIA (FFT).FILTROS BUTTERWORTH POR SOFTWARE (FPA, FPB, FPB); 1 BATERIA LI/ION 11,1 V 4,4A - BATERIA DE IONS DE LÍTIO SAÍDA +12/-12V 4.400 MAH DURAÇÃO MÍNIMA DE 4 HORAS; ACOMPANHA CARREGADOR ENTRADA AUTOMÁTICA 80~240V SAÍDA 12V; 1 CABO DE REFERENCIA - ELETRODO DE REFERÊNCIA OU TERRA; 10 ELETRODOS ATIVOS DECLIP - PRÉ-AMPLIFICADOR COM GANHO DE 20 VEZES; CAPACIDADE DE ELIMINAÇÃO DE RUÍDO OU INTERFERÊNCIA; AMPLIFICADOR DIFERENCIAL COM ENTRADA BIPOLAR; REJEIÇÃO DE MODO COMUM > 100 DB; 1 INDUTOR DE DOR - FORNECE SINAL CORRESPONDENTE A FORÇA DE COM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

12 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TERMÔMETRO DIGITAL, TEMPERATURA ATÉ 100, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 10.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

13 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: CAPELA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE BANCADA COM VELOCIDADE DO AR DE 0,45M/S +- 20% COM DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS DE 1266 X 652 X 652 MM, COM 100% DE RECIRCULAÇÃO DE AR, EQUIPADO COM FILTRO HEPA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO NAVAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA EXTERNAMENTE E ÁREA INTERNA DE TRABALHO CONSTRUÍDA EM AÇO INOX ESCOVADO,SENDO A MESA DE TRABALHO REMOVÍVEL. FILTRO HEPA CLASSE A3 NBR-6401, EU-13 EUROVENTE 4/4, COM EFICIÊNCIA DE 99.995%.VIDRO FRONTAL TEMPERADO DESLIZANTE TIPO SOBE E DESCE, COM ABERTURA OU FECHAMENTO TOTAL E COM INCLINAÇÃO DE 7º; PAINEL ELÉTRICO COM INTERRUPTORES LIGA/DESLIGA,MOTOR, L/FRIA, L/UV E ALARME;ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS E 50/60 HZ COM CABO DE ENERGIA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE 3 PINOS SENDO DUAS FASES E UM TERRA;MOTOR MONOFÁSICO COM REDE DE PROTEÇÃO TÉRMICA; CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE COM 3 VELOCIDADES; UMA TOMADA AUXILIAR INTERNA DE 220 V; UMA LÂMPADA FRIA 15-40 W; UMA LÂMPADA UV 15-30 W, TELA DE PROTEÇÃO PARA FILTRO HEPA, EQUIPAMENTO PRÓPRIO PARA PROTEGER A AMOSTRA, O MANIPULADOR E O MEIO AMBIENTE, COM BASE E RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM TRAVA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

14 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Detalhada: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4´

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

15 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO

Descrição Detalhada: EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 150, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

16 - BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: BOMBA PERISTÁLTICA. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE CONTROLE, MICROPROCESSADO, COM MOTOR DE ALTO TORQUE; CONTROLE EXTERNO (TTL) PARA "START / STOP" E DIREÇÃO DO FLUXO; ENTRADA ANALÓGICA (0-5 VOLTS) PARA AJUSTE DO FLUXO; TECLADO DE CONTROLE COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: "START / STOP", AUMENTO OU REDUÇÃO DO FLUXO, DIREÇÃO DO FLUXO E PURGA; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 4 -40ºC (SEM NECESSIDADE DE TEMPO DE AQUECIMENTO ANTES DE INICIAR A OPERAÇÃO);VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DE 0 A 48 RPM COM INCREMENTOS DE 0,01 RPM (ATÉ 10 RPM) OU 0,1 RPM (ACIMA DE 10 RPM); ESTABILIDADE MELHOR QUE 0,5% PARA QUALQUER VARIAÇÃO DE VOLTAGEM, TORQUE OU TEMPERATURA;NÚMERO DE CANAIS: 4 CANAIS; ACOMPANHA CABEÇOTE COM 4 CANAIS, PARA FLUXOS ENTRE 0,05 E 30 ML/MIN, POR CANAL, OPERAÇÃO CONTRA PRESSÕES DE ATÉ 72 PSI. 10 ROLETES PARA FLUXO LIVRE DE PULSOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

17 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL E AMONIACAL VIDRARIA EM BOROSILICATO TOTALMENTE ENCAPSULADA EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOS AISI 304; CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA VARIAÇÃO DE POTÊNCIA DE RESISTÊNCIA, COM AÇÃO PROPORCIONAL DE AQUECIMENTO; CALDEIRA GERADORA DE VAPOR EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI AUTOMÁTICO ATRVÉS DE VÁLVULA SOLENÓIDE (ÁGUA DESTILADA, DEIONIZADA E NORMAL), COM DOIS LEDS INDICADORES DE NÍVEL (MÍNIMO E MÁXIMO); DESTILA EM TUBOS MACRO/MICRO E GARRAFAS PARA EFLUENTES (20 A 75 MM DE DIÂMETRO) X ALTURA DE 250 MM. ADIÇÃO DE SODA COM COPO DOSADOR GRADUADO, PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUME DO TUBO DE AMOSTRA, BICO DE DRENAGEM PARA LAVAGEM DA CALDEIRA, ENTRADA INDIVIDUALIZADA PARA TRABALHAR COM ÁGUA DESTILADA NA CALDEIRA; VÁLVULA DE ALIVIO PARA PROTEÇÃO DA CALDEIRA DURANTE A CONTRAÇÃO, EVITANDO O REFLUXO, MACACO ELEVAT´RIO DO TUBO DE DESTILAÇÃO CONSTRUÍDO EM EBONITE E AÇO INXO, ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM COBRE, CONEXÕES DA VIDRARIA EM TUBOS DE TEFLON E SILICONE, CAIXA COLETORA EM AÇO INOX PARA RESPONGOS DO CONDENSADOR, SUPORTE PARA O FRACO DE COLETA COM AJUSTE DE ALTURA; DIMENSÕES (MM) L=320XP=270XA=760,OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

18 - APARELHO DESTILAÇÃO

Descrição Detalhada: APARELHO DE DESTILAÇÃO PARA ÓLEO TIPO CLEVENGER COMPLETO (AMPOLA, TRAP,BALÃO)COM: 01 CONDENSADOR; 01 BALÃO GARGALO LONGO CAPACIDADE DE 1000 ML 10ML DIV. 1/100, JUNTA 29/42.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

19 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Descrição Detalhada: CAPELA DE FLUXO VERTICAL COM CERTIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NORMAS DE FABRICAÇÃO: TESTES INDIVIDUAIS C/ EMISSÃO DE RELATÓRIOS EFETUADOS NA FÁBRICA; PROTEÇÃO NÍVEL ISO CLASSE 3 (US FEDERAL STANDARD); COMPACTO GRAÇAS AO DESIGN ORIGINAL DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO; FILTRO MICROPLISSADO ULPA COM EFICIÊNCIA DE 99,9997% A 0,1 À 0,3 MÍCRONS; TODA SUPERFÍCIE DE TRABALHO EM AÇO INOXIDÁVEL (ELETRO-GALVANIZADO) A PROVA DE RISCO, COM BORDAS DIANTEIRAS ELEVADA E ARREDONDADAS COM APOIO DOS BRAÇOS; SISTEMA ISOCIDE" ANTIMICROBIANO; QUIMICAMENTE RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA COM AGENTES ESTERILIZANTES. TODAS A JUNÇÕES NA ÁREA DE TRABALHO SÃO SELADAS PERMANENTEMENTE NA FÁBRICA A FIM DE IMPEDIR A AÇÃO DE CONTAMINANTES. CONTÉM LÂMPADAS DUPLAS QUICK-START 8 COM 5.000K (PADRÃO INDUSTRIAL) CONFORTÁVEIS AOS OLHOS. POSSUI PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO SENTINEL, PROGRAMÁVEL COM VISULIZAÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES, FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DA LUZ E VENTILAÇÃO(CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE E DESEMPENHO). CONTÉM LÂMPADA GERMICIDA UV 253,6 NM COM CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO EXTERNA: 1340 X 764 X 1280MM / DIMENSÃ OBS: VER REST.ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

20 - CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA

Descrição Detalhada: CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOX, TIPO FILTRO FILTRO HEPA EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NB-3,NB-4, CLASSE CLASSE III, FLUXO DE AR S/RECIRCULAÇÃO DE AR, TIPO EXAUSTOR EXAUSTÃO 2 FILTROS HEPA EM SÉRIE, COMPONENTES VEDADA,À PROVA DE ESCAPE DE AR, C/ LUVAS ACOPLADAS, VOLTAGEM 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

21 - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CABINE PARA PCR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, DIMENSÕES CERCA DE 70 X 55 X 50, ADICIONAL TEMPORIZADOR ATÉ 24H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUXO LAMINAR, COMPONENTES C/ LÂMPADA UV, ILUMINAÇÃO INTERNA, JANELA FRONTAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

22 - FREEZER

Descrição Detalhada: ULTRAFREEZER VERTICAL COM FAIXA DE TEMPERATURA DE -50ºC A -86ºC E CAPACIDADE DE 335 LITROS (ÚTIL 332 LITROS), CONSTRUÍDO SEGUNDO A TECNOLOGIA V.I.P (VACCUM INSULATION PANEL), COM PAREDES MAIS FINAS DEVIDO A COMBINAÇÃO DAS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO COM UM ISOLAMENTO À VÁCUO, REDUZINDO A ESPESSURA DA PAREDE EM ATÉ 50% E PROPORCIONANDO UM ACRÉSCIMO EM ATÉ 30% DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS, SEM O AUMENTO DE SUAS DIMENSÕES EXTERNAS E COM UM ISOLAMENTO SUPERIOR AO SISTEMA CONVENCIONAL. CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA HOTLINE DE AQUECIMENTO QUE IMPEDE O ACÚMULO DE GELO AO REDOR DA PORTA INTERNA DO FREEZER. CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNA VIA MICROPROCESSADOR E PAINEL DE CONTROLE COM VISOR DIGITAL; SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REFRIGERAÇÃO INTELIGENTE; ACESSO FRONTAL AO FILTRO DE CONDENSAÇÃO, FACILITANDO SUA MANUTENÇÃO E LIMPEZA; INTERIOR E EXTERIOR DO FREEZER CONSTRUÍDOS EM AÇO GALVANIZADO COM ZINCO ACABADO COM ACRÍLICO RESISTENTE À CORROSÃO; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA. SUPORTES DE PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. MODELO PADRÃO COM 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL QUE SUPORTA CARGA DE 50KG CADA; DUAS PORTAS INTERNAS ISOLADAS E COM TRANCA, NA QUAL REDUZEM OBS: VER REST.ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

23 - FONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL

Descrição Detalhada: FONTE DE ELETROFORESE COMPACTA E FÁCIL DE USAR; PODE SER CONECTADA EM ATÉ 3 CUBAS DE ELETROFORESE DIFERENTES; SISTEMA DE TRABALHO 10-300V / 40-400MA / 75A; RETÉM NA MEMÓRIA OS DADOS ARMAZENADOS ANTES DO DESLIGAMENTTO; SISTEMA ELÉTRICO 110V, 60HZ; POSSUI TEMPORIZADOS DE FUNCIONAMENTO DE 0-999 MINUTOS. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

24 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRIFUGA REFRIGERADA CAPACIDADE MÁXIMA 4X100ML 18000RPM / 23545 XG. ACOMPANHADA DOS SEGUINTES ROTORES: ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 12 X 1,5/2,0ML PARA 18000RPM / 23545 XG; ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 6 X 50ML + ADAPTADOR PARA TUBOS DE 15ML PARA 12000RPM / 13523 XG; ROTOR PARA 6 MICROPLASCAS PARA 4500RPM / 2739 XG. MICROPROCESSADA COM DISPLAY LED E INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL. INDICAÇÃO DE TEMPERATURA - SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G. TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR PARA LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO. ARMAZENAMENTO DE ATÉ 10 PROGRAMAS E DESACELERAÇÃO COM 10 DIFERENTES INTENSIDADES. VOLUME MÁXIMO: 4X 100 ML; FAIXA DE VELOCIDADE: DE 200 ATÉ 18000 RPM COM INCREMENTO DE 10 RPM RCF MÁXIMO: 23545 XG. FAIXA DE TEMPERATURA: DE -20°C ATÉ 40°C CFC-FREE). TEMPORIZADOR: DE 1 MIN ATÉ 60 MIN OU MODO CONTÍNUO, VOLTAGEM: 120V/ 50-60HZ; CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE CE E DE ACORDO COM PADRÃO IEC 1010 E 1010-2 E REGISTRO ANVISA CLASSE I. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

25 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRIFUGA REFRIGERADA ACOMPANHADA DE ROTOR DE ÂNGULO FIXO PARA 24 X 1,5/2,0ML PARA 15000RPM / 21380 XG. EFICIENTE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE MANTÉM AS AMOSTRAS EM TEMPERATURA CONSTANTE DE 4°C DURANTE TODA OPERAÇÃO COM 20000 XG. MICRO-PROCESSADA COM DISPLAY LCD E INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL. SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G E TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO 10 NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO E SINAL SONORO PARA AVISO DO FIM DE OPERAÇÃO. RUÍDO ABAIXO DE 56 DBA MESMO EM ROTAÇÃO MÁXIMA. VOLUME MÁXIMO: 44X 1,5/2,0 ML E FAIXA DE VELOCIDADE: DE 200 ATÉ 15000 RPM COM INCREMENTO DE 10 RPM. RCF MÁXIMO: 21380 XG; FAIXA DE TEMPERATURA: DE -20°C ATÉ 40°C; INDICAÇÃO DE TEMPERATURA EM °C OU °F. PROGRAMA PARA PRÉ REFRIGERAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 4°C < 10 MIN; TEMPORIZADOR: DE 10 S ATÉ 99 H 59 MIN OU MODO CONTÍNUO; POTÊNCIA: 500 W; VOLTAGEM: 110V/ 50-60 HZ; REGISTRO ANVISA CLASSE I. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

26 - CENTRÍFUGA INDUSTRIAL / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA DE BANCADA 13500RPM ACOMPANHADA DE ROTOR SWING OUT 4000RPM / 2486 XG PARA TUBOS 8 X 50ML, 12 X 15ML, 20 X 1,5ML. MICROPROCESSADA COM DISPLAY LED; ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA EPÓXI; MOTOR SEM ESCOVAS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTERNA; INDICAÇÃO DA VELOCIDADE CONFIGURADA E ATUAL; SELEÇÃO DE VELOCIDADE EM RPM E FORÇA-G; TAMPA COM TRAVA AUTOMÁTICA E MAGNÉTICA. AVISO SONORO PARA FINAL DE PROCESSO COM VÁRIAS OPÇÕES DE TOQUE; RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR PARA LIMITAÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA E PROGRAMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO; PROTEÇÃO PARA DESBALANCEAMENTO DE ROTOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM 10 DIFERENTES TIPOS DE ROTOR. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE DESBALANCEAMENTO; NÍVEIS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO SELECIONÁVEIS; ARMAZENAMENTO DE ATÉ 99 CORRIDAS INCLUINDO O TIPO DE ROTOR UTILIZADO. BOTÃO PARA CORRIDAS RÁPIDAS; VOLUME MÁXIMO: 4X 100 ML; FAIXA DE VELOCIDADE: 13500RPM, COM INCREMENTOS DE 10RPM; RCF MÁXIMO: 17319 XG; TEMPORIZADOR: DE 10 SEG ATÉ 99H59 MIN OU MODO CONTÍNUO; RUÍDO 63DB; SISTEMA ELÉTRICO 220V, 60HZ; REGISTRO ANVISA CLASSE I INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, OBS: VER REST.ESP. EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

27 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* PARA INDICADOR BIOLÓGICO, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, COMPONENTES COM TAMPA SUPERIOR, OUTROS COMPONENTES ATÉ 15 AMPOLAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

28 - TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada: TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS, ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99¨C, ATÉ 100 PROGRAMAS, COMPONENTES VISOR DIGITAL, C/ TECLADO ALFANUMÉRICO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA, AQUECIMENTO ATÉ 3¨C/SEG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

29 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO BINOCULAR (MICROSCÓPIO PARA ÁREAS CLÍNICA E EDUCACIONAL COM SISTEMA ÓTICA INFINITA (CFI 60), DISTÂNCIA PARAFOCAL DE 60MM, CORREÇÃO DE ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS, ESFÉRICAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGO. ESTATIVA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E AO USO INTENSO, COM FORMATO QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE DO CONJUNTO E SUA IMUNIDADE A VIBRAÇÕES E TREPIDAÇÃO. PLATINA DOTADA DE PINÇAS DUPLAS DE FIXAÇÃO DE LÂMINAS COM CHARRIOT GRADUADO (VERNIER); LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W OU 6V/30W; SISTEMA DE REFOCO QUE PERMITE AO USUÁRIO TROCAR A LÂMINA SEM NECESSIDADE DE RETOQUE MANUAL PARA OBTENÇÃO DE FOCO; DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI QUEBRA LÂMINAS; REVÓLVER PARA 04 OBJETIVAS COM INCLINAÇÃO INVERSA (PARA TRÁS); TUBO BINOCULAR; MODELO COM DIAFRAGMA DE CAMPO.) SEM MARCA MODELO OU REFERÊNCIA OU CARÁCTER QUE DIRECIONA O PRODUTO. A DESCRIÇÃO DEVE SER SEQUENCIAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (10)

30 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR. SISTEMA MODULAR PARA MICROSCOPIA ESTEREOSCÓPICA PARA TRABALHOS DE INVESTIGAÇÕES EM CAMPO CLARO E LUZ TRANSMITIDA E/OU INCIDENTE COM GAMAS DE AUMENTOS DE 0,75X A 5,0X E AUMENTOS TOTAIS PADRÃO DE 7,5X A 50X (INCLUSO ATÉ 100X) EM EXCLUSIVO SISTEMA DE AUMENTOS PANCRÁTICOS (ZOOM) DE AUMENTOS CONTÍNUOS, PODENDO ATINGIR AUMENTOS DESDE 1,1X ATÉ 320X COM O USO DE OUTRAS OCULARES E/OU OBJETIVAS ADICIONAIS. CAMPO VISUAL DE 4,6 ATÉ 30,7 MM COM O AUMENTO PADRÃO E DISTÂNCIA DE TRABALHOS DE 113MM. SAÍDA TRINOCULAR. SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO BILATERAL. SISTEMA ÓPTICO GREENOUGH. ILUMINADORES PARA LUZ INCIDENTE E TRANSMITIDA INCORPORADOS NA BASE DO MICROSCÓPIO. PORTA-ÓPTICA GIRATÓRIA EM 360 GRAUS E CAMBIADOR DE AUMENTOS BILATERAL. IMEDIATAMENTE ADAPTÁVEL PARA MÉTODOS DE CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO ORIENTADA, ANÁLISE DE IMAGENS, RETÍCULOS E LÂMINAS MICROMÉTRICAS, ESTATIVA DE BRAÇO MÓVEL, BASES DE ALTAS PERFORMANCES. DETALHAMENTO: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR INCLINADO EM 35º SISTEMA PANCRÁTICO DE AUMENTOS CONTÍNUOS (ZOOM) DE 1:6.7 E AUMENTOS INTERMEDIÁRIOS DE 7,5 ATÉ 5,0 COM AUMENTO PADRÃO DE 7,5X ATÉ 50,0X OBS: VER RESTANTE ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

31 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Descrição Detalhada: CHAPA AQUECEDORA. BIVOLT, REDONDA OU RETANGULAR, MÍNIMO DE 23 CM DE DIÂMETRO (SE REDONDA) OU 20 CM DE LADO (SE RETANGULAR), TERMOSTATO ANALÓGICO OU DIGITAL REGULADOR DE TEMPERATURA. AQUECIMENTO MÁXIMO DE 200 OC OU MAIS. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

32 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

33 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

34 - MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Detalhada: MAQUINA GELO ESCAMAS 20KG/DIA. UNIDADE CONDENSADORA INCORPORADA. REFRIGERAÇÃO AR: 20KG/DIA; PRODUCAO APRA UMA TEMPERATURA AMBIENTE DE 20C E AGUA A 15C. ARMAZENAGEM INTERNA 3KG; VOLTAGEM: 220V. POTENCIA: 180W. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

35 - RECIPIENTE / BOTIJÃO CRIOGÊNICO

Descrição Detalhada: BOTIJÃO 47LTS BOCAL 127MM 07 RACKS. CAPACIDADE 47 LITROS; PESO VAZIO 19,57KG; PESO CHEIO 57KG; DIÂMETRO DO BOCAL 127MM; DIÂMETRO EXTERNO 500MM;ALTURA 675MM. EVAPORAÇÃO ESTATICA 0,33 LTS/DIA; TEMPO P/ EVAPORAÇÃO TOTAL 139 DIAS; AUTONOMIA DINAMICA 100 DIAS; AREA DE RACK: RACK COM 7 ". ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

36 - AGITADOR MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

37 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

38 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150, ADICIONAL COM AGITAÇÃO DE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

39 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM. INSTALAÇÃO: BANCADA; ESTRUTURA: CAIXA INTERNA EM AÇO INOX E EXTERNA EM CHAPA DE AÇO 1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. CONTROLADOR DE TEMPERATURA: ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PID, COM SENSOR TIPO PT100, LEITURA DIGITAL; TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 7ºC ACIMA DO AMBIENTE A 200ºC PRATELEIRAS: ACOMPANHA 2 (SUPORTE PARA 2). RESISTÊNCIAS: BLINDADA EM INOX; SENSOR: PT100 PROTEÇÃO TÉRMICA: CONTROLADOR ELETROMECÂNICO AJUSTÁVEL PELO OPERADOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO; CONSUMO: 800 WATTS; ALIMENTAÇÂO: 220V. ACOMPANHA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

40 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL PARA ANÁLISES ROTINEIRAS DE ABSORBÂNCIA, CONCENTRAÇÃO E TRANSMITÂNCIA. DESIGN INOVADOR COM UM AMPLO DISPLAY GRAFICO LCD INCORPORADO COM AS SEGUINTES VANTAGENS: TAMPA DO EQUIPAMENTO (ECONOMIZANDO ESPAÇO); MENU INTUITIVO BASEADO EM ÍCONES; FUNÇÃO AUTOLOGGING, QUE PERMITE QUE MEDIÇÕES REPETITIVAS DE UMA MESMA AMOSTRA SEJAM REALIZADAS EM INTERVALOS PRE-DETERMINADOS; COMUNICAÇÃO VIA PORTA RS232 OU IMPRESSORA; OS RESULTADOS PODEM SER RAPIDAMENTE IMPRESSOS ATRAVÉS DE UMA IMPRESSORA INTERNA (OPCIONAL, NÃO INCLUSA NO VALOR DO EQUIPAMENTO) OU EXTERNA; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FONTE DE LUZ: LÂMPADA XENON COM TRÊS ANOS DE GARANTIA; BANDA DE PASSAGEM: 5NM; COMPRIMENTO DE ONDA: 198 A 1000NM; RESOLUÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +/-2,0NM. ALCANCE FOTOMÉTRICO: -0,300 A 2.500A, 0 A 199,9%T E -300 A 9999CONC; PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +/-1%T, +/-0,01ABS. RESOLUÇÃO: 0,1%T; 0,001A; 0,001-1C; UNIDADES DE CONCENTRAÇÃAO: %, PPM, EBC, SRM, MEQ/L, MEQ, M, MM, UM, NM, U, U/L, U/ML, G/L, MG/L, UG/L, NG/L, G/DL, MG/DL, UG/DL, MG/ML, UG/ML, NG/ML, UG/UL, NG/UL, MOL/L, MMOL/L. SAÍDA: RS232, ANALÓGICA E IMPRESSORA INTERNA; OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

41 - SISTEMA FILTRAÇÃO

Descrição Detalhada: SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA E KITASSATO, CAPACIDADE 1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

42 - BANHO SECO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: BANHO SECO LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE PARA TUBOS ATÉ 2 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

43 - FREEZER

Descrição Detalhada: CONSERVADOR / REFRIGERADRO VERTICAL DE DUPLA AÇÃO 578 LITROS. CONSERVAÇÃO DE GELO E PRODUTOS CONGELADOS OU REFRIGERAÇÃO DE PRODUTOS RESFRIADOS TEMPERATURA: CONGELADOS -10° A -15°C OU RESFRIADOS DE +1° A +7°C REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA DEGELO: MANUAL CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO DUPLA AÇÃO PRATELEIRAS: 4 NÍVEIS, ARAMADAS, REGULÁVEIS E INCLINÁVEIS PORTA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO, VIDRO DUPLO DE BAIXA EMISSIVIDADE COM AQUECIMENTO PÉS REGULÁVEIS OBS: NA TEMPERATURA DE RESFRIADOS OCORRE A FORMAÇÃO DE GOTÍCULAS DE ÁGUA NAS PARTES INTERNAS TENSÃO: 220V FREQUENCIA: 60 HZ CONSUMO: 12,7 KWH/DIA CLASSE: 4 INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO NO LOCAL, APRESENTAR CARTA DE AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

44 - MESA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: MESA AGITADORA DE PLACAS. ESTRUTURA: CAIXA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELESTROSTÁTICA EM EPÓXI. PLATAFORMA: EMBORRACHADA COM CAPACIDADE PARA 2 MICROPLACAS DE 96 POÇOS, OU 4 PLACAS SOBREPOSTAS; VELOCIDADE: ATÉ 1.800RPM COM CONTROLADOR ELETRÔNICO; SUPORTE ÚNICO: PARA VÁRIOS TIPOS DE ACOPLAMENTOS DE PLATAFORMAS E TIMER: PROGRAMÁVEL DE 9 A 999 MINUTOS, LEITURA DIGITAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

45 - MICRÓTOMO

Descrição Detalhada: MICRÓTOMO ROTATIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA CORTES SEQUENCIAIS DE MATERIAIS INCLUÍDOS EM PARAFINA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SELETOR DE ESPESSURA DE CORTE DE 0.5 A 60 MICRÔMETROS, INTEGRADO NO PAINEL FRONTAL. SELEÇÃO DE ESPESSURA DE CORTE CONFORME SEGUE: DE 0.5 A 2 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 0,5 MICRÔMETROS; DE 2 A 10 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 1 MICRÔMETRO, DE 10 A 20 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 2 MICRÔMETROS E DE 20 A 60 MICRÔMETROS EM PASSOS DE 5 MICRÔMETROS. DESLOCAMENTO TOTAL HORIZONTAL DE 25 MM E DESLOCAMENTO TOTAL VERTICAL DE 59MM, PERMITINDO CORTE DE MATERIAIS DE GRANDE ÁREA. SISTEMA PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE EM QUALQUER POSIÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA MECÂNICA ADICIONAL PARA TRAVAMENTO DO VOLANTE NA POSIÇÃO DE "12 HORAS". SISTEMA MICROMÉTRICO DE AVANÇO EQUIPADO COM CATRACA DE ALTA PRECISÃO. GUIAS VERTICAIS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR MEIO DE ROLETES, LIVRE DE LUBRIFICAÇÃO PERIÓDICA. MECANISMO MANUAL PARA AVANÇO MACROMÉTRICO DO PORTA AMOSTRAS. SISTEMA ORIENTÁVEL DE FIXAÇÃO E TROCA RÁPIDA DO PORTA AMOSTRAS. SISTEMA DE RETRAÇÃO DO PORTA AMOSTRAS DURANTE O RETORNO À POSIÇÃO INICIAL DE CORTE, EVITANDO O CONTATO ENTRE A AMOSTRA OBS: VER RESTANTE ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

46 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE CLORO, FLÚOR E FERRO: LEITURAS PRECISAS E RÁPIDAS DOS TEORES DE FERRO, EM ÁGUA POTÁVEL, NO CAMPO OU NO LABORATÓRIO, ATRAVÉS MÉTODOS DE DPD, SPADNS E O-FENANTROLINA; SAÍDA RS 232; DISPLAY DE LCD COM 2 LINHAS 16 CARACTERES, COM LUZ DE FUNDO, PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADOS; FONTE DE RADIAÇÃO : LED; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO; PRECISÃO TOTAL MELHOR QUE 1,5% (FUNDO DE ESCALA); RESOLUÇÃO DE 0,01MG/L, REPRODUTIBILIDADE DE ± 0,02MG/L; LEITURA DE FERRO FERROSO E FERRO FÉRRICO ENTRE 0,00 E 2,50 MG/L COM RESOLUÇÃO DE 0,01 ENTRE 2,6 E 5,0 MG/L COM RESOLUÇÃO 0,1; DE CLORO LIVRE E TOTAL ENTRE 0,00 E 2,50 MG/L COM RESOLUÇÃO DE 0,01 E ENTRE 2,6 E 5,0 MG/L COM RESOLUÇÃO 0,1; DE FLÚOR ; ENTRE 0,00 E 2,00 MG/L; 01 MALETA PARA TRANSPORTE E USO DO APARELHO; 4 CUBETAS CALIBRADAS; 1 PADRÃO SECUNDÁRIO DE FERRO DE 1 MG/L; PADRÃO SECUNDÁRIO DE CLORO 2MG/L, 1 PADRÃO DE FLÚOR 1MG/L, JOGOS DE REAGENTES PARA 50 ANÁLISES DE FERRO, 50 DE FLÚOR E 100 ANÁLISES DE CLORO LIVRE E TOTAL, INSTRUÇÕES DE USO, BATERIA DE 9 VOLTS E ADAPTADOR CHAVEADO PARA 90 A 240 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

47 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Detalhada: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4´

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

48 - SISTEMA DE CONTROLE DE TORQUE

Descrição Detalhada: CONTRA ÂNGULO ENDO COM CONTROLE DE TORQUE. REDUÇÃO 64:1.COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE INSTRUMENTO ROTATÓRIO. APRESENTA UM ANEL LOCALIZADO EM SUA CABEÇA, PERMITINDO O AJUSTE E A ESCOLHA IDEAL DO TORQUE. ESSE ANEL POSSUI 4 POSIÇÕES: CADA POSIÇÃO CORRESPONDE A UM VALOR DE TORQUE: 0,7NCM, 1,4NCM, 2,3NCM, 4,5NCM, DE ACORDO COM O DIÂMETRO E COMPRIMENTO DA LIMA. CARACTERÍSTICAS:- TAMANHO DAS PEÇAS ROTATÓRIAS: PADRÃO ISO 3630-1; - DIAMETRO DAS PEÇAS ROTATÓRIAS: 2,35MM - ISO 1797-1; - COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DO MERCADO; - VELCOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR: 40000 RPM; - VELOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR PARA UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LIMA EM 300 RPM : 20000 RPM; - VELOCIDADE MÁXIMA DO MOTOR PARA UMA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA LIMA EM 600 RPM : 40000 RPM ; - CONECÇÃO DO MOTOR STANDART: NF EN 23964 ; - AUTOCLAVÁVEL A 135°C PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:- GRANDE DURABILIDADE GRAÇAS AO REVESTIMENTO DE CROMO, O QUE MELHORA A RESISTÊNCIA DO MATERIAL; - MICRO CABEÇA PUSH BUTTON O QUE MELHORA A VISIBILIDADE E PROPORCIONA UM MELHOR ACESSO À ÁREA A SER TRATADA; - BAIXA MANUTENÇÃO GRAÇAS À SUA SUPERFÍCIE, QUE EVITA A RETENÇÃO DE BACTÉRIAS; - RAPIDEZ NO POSICIONAMENTO DA BROCA OBS: VER RESTANTE ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (9)

49 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO INVERTIDO BINOCULAR, ÓPTICA INFINITA, CONFIGURADO PARA TRABALHOS DE CAMPO CLARO E CONTRASTE DE FASE. - ESTATIVO: EQUIPADA COM EIXO ÓPTICO PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA. COLUNA VERTICAL COM SISTEMA PARA ENCAIXE E AJUSTE DE ALTURA DO CONDENSADOR. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA INTEGRADA POR MEIO DE LÂMPADA DE HALOGÊNIO 6 V/ 35 W. TUBO: BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 30°, GIRATÓRIO 360° E AJUSTE INTERPUPILAR DE 52 A 75 MM, MANTENDO FOCO CONSTANTE. OCULARES: PAR DE OCULARES DE GRANDE CAMPO WF 10X/ 22 MM, COM FOCO AJUSTÁVEL PARA DIFERENTES DIOPTRIAS E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS. REVÓLVER: GIRATÓRIO COM 4 POSIÇÕES DE ENCAIXE PARA OBJETIVAS. MONTADO EM MECANISMO DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO. PLATINA: MECÂNICA RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 160 X 240 MM. CONDENSADOR NA/30 COM DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 55 MM E ABERTURA NUMÉRICA 0.35. LÂMINA INTERMEDIÁRIA COM 3 POSIÇÕES PARA ENCAIXE DOS ANÉIS DE FASE, EQUIPADA COM ANÉIS. COMANDOS DE FOCALIZAÇÃO: MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO, COAXIAIS E BILATÉRIOS. POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, LOCALIZADO EM POSIÇÃO ERGONÔMICA SUPORTE UNIVERSAL AJUSTÁVEL OBS: VER REST.ESP. EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

50 - FONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL

Descrição Detalhada: FONTE DE ELETROFORESE: 300VOLTS, 1 A 500 MA, 1 A 150 WATTS, BIVOLT TOTALMENTE ADEQUADA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA. TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO COM CROSSOVER AUTOMÁTICO PERMITINDO PROGRAMAÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE OU POTÊNCIA CONSTANTE. SISTEMA DE AUTO RESTART QUE, EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA, ARMAZENA OS PARÂMETROS ATUAIS. NO RETORNO DA ENERGIA ESSES PARÂMETROS SÃO AUTOMATICAMENTE CARREGADOS E O ENSAIO É RESTABELECIDO A PARTIR DO PONTO DE INTERRUPÇÃO. SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS DE NO LOAD INDICANDO AUSÊNCIA DE CARGA E OVER CURRENT INDICANDO EXCESSO DE CORRENTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO, OFERECENDO MÁXIMA PROTEÇÃO AO USUÁRIO E AO EQUIPAMENTO. DISPLAY DIGITAL ESTRATEGICAMENTE POSICIONADO PARA UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZAÇÃO COM LED INDICADOR. CAPACIDADE PARA ATÉ 4 ENSAIOS SIMULTÂNEOS. PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE CORRENTE. PROTEÇÃO CONTRA AUSÊNCIA DE CARGA NA SAÍDA. AUTO RESTART. SISTEMA DE AUTO CROSSOVER. TENSÃO: 10 A 300V EM STEPS DE 1V CORRENTE: 1 A 500MA EM STEPS DE 1MA POTÊNCIA: 1 A 150W EM STEPS DE 1W TEMPORIZAÇÃO: 1 A 999MIN EM STEPS DE 1MIN.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

51 - SISTEMA ELETROFORESE

Descrição Detalhada: SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

52 - TRANSILUMINADOR

Descrição Detalhada: TRANSILUMINADOR, TIPO UV, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, COMPRIMENTO ONDA 312, DIMENSÕES FILTRO CERCA DE 20 X 20, COMPONENTES COM TAMPA ACRÍLICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

53 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA BACTERIOLÓGICA COM CIRCULAÇÃO POR CONVECÇÃO NATURAL, COM APROXIMADAMENTE 80 LITROS, GABINETE DE CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES, CÂMARA INTERNA DE AÇO INOX, PORTA INTERNA DE VIDRO, PUXADOR COM TRINCO DE PRESSÃO, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS, CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 1,0ºC E SENSOR DE TEMPERATURA TIPO K, FAIXA DE TEMPERATURA DE 25 A 60ºC, FORNECIDA COM PRATELEIRAS DE CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX E RESPECTIVOS SUPORTES (3)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

54 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: MULTI ESTAÇÃO 4 COLUNAS A MULTI ESTAÇÃO DEVE ATENDER TODA A NECESSIDADE DE UMA SALA DE COM UM PEQUENO ESPAÇO. DEVE TER PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADOS INJETADOS EM POLIURETANO, ROLAMENTOS BLINDADOS, DE ACORDO COM OS PADRÕES DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DO MERCADO INTERNACIONAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

55 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: BANCO EXTENSOR ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM SISTEMA NIVELADOR QUE GARANTE ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PERMITIR QUE O USUÁRIO POSICIONADO NO EQUIPAMENTO, FAÇA OS SEGUINTES AJUSTES: AJUSTE DE CARGA; AJUSTE DE AMPLITUDE DO MOVIMENTO QUE PERMITE DEZ PONTOS IDENTIFICADOS DE REGULAGEM PARA INÍCIO DO MOVIMENTO; AJUSTE DO ENCOSTO ATRAVÉS DE PINO SELETOR E IDENTIFICADO COM REFERENCIA NUMÉRICA; SISTEMA GIRATÓRIO DE AJUSTE DE DISTÂNCIA PARA O ROLO DE TRAÇÃO. FACILIDADE DE POSICIONAMENTO DO USUÁRIO EM RELAÇÃO À ARTICULAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESTOFADOS COM DESENHOS ANATÔMICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PLACA COM INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E MUSCULATURA TRABALHADA. VEP - VARIADOR DE ESFORÇO E POTÊNCIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

56 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: LEG PRESS REGULÁVEL ESTRUTURA ROBUSTA CONSTRUÍDA EM AÇO, COM SISTEMA NIVELADOR QUE GARANTE ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. COM O USUÁRIO POSICIONADO NO EQUIPAMENTO, PODEM SER FEITOS OS SEGUINTES AJUSTES: AJUSTE DE CARGA; AJUSTE MECÂNICO DA DISTÂNCIA INICIAL ENTRE O BANCO E A PLATAFORMA, FEITO ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LOCALIZADA PRÓXIMA DO ASSENTO. SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE CARGA COM POLIAS MULTIPLICADORAS INTERLIGADAS POR EIXO QUE AUMENTAM A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO. PERMITE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO COM O USUÁRIO SENTADO OU DEITADO. A SELEÇÃO DA POSIÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. ESTOFADOS COM DESENHOS ANATÔMICOS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E SEGURANÇA PARA O USUÁRIO. PLATAFORMA INFERIOR DE APOIO DO PÉ QUE FACILITA A ENTRADA DO USUÁRIO NO EQUIPAMENTO E GARANTE MAIOR CONFORTO NOS INTERVALOS ENTRE AS SÉRIES DE EXERCÍCIO. PLACA COM INFORMAÇÃO DO EQUIPAMENTO E MUSCULATURA TRABALHADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

57 - MACA CLÍNICA

Descrição Detalhada: MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00, LARGURA CERCA DE 0,80, ALTURA CERCA DE 1,00, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, ACESSÓRIOS COLCHONETE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

58 - ANDADOR ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS PÉS COM PONTEIRAS POLIPROPILENO, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODÍZIOS DIANTEIROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3 **Unidade de Fornecimento:** PEÇA

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

59 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM: CAPACIDADE 42L; DIM. INTERNAS 30 X 35 X 40 CM (C X L X A) DIM. EXTERNAS 53 X 51,5 X 75 CM; 220V. ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT AUTO SINTONIA E PID COM DUPLO DISPLAY;TEMPERATURA MÍNIMA DE 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; TEMPERATURA MÁXIMA DE 200ºC; UMA PORTA; HOMOGENEIDADE NA CÂMARA: ± 5°C EM UM PONTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

60 - CONDUTIVÍMETRO

Descrição Detalhada: OSMOSE REVERSA - CONDUTIVÍMETRO DIGITAL IN-LINE COM SET POINT ÁUDIO-VISUAL PROGRAMÁVEL QUE MEDE A QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA. CÁPSULA COM FILTRO 0,2 µM QUE GARANTE A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA. POSSUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMÁTICA QUE PERMITE A OPERAÇÃO DE 90 A 240V. CONTENDO PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK; MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; RESINA DE TROCA IÔNICA; FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,2MICRA. VAZÃO NOMINAL: 50 LITROS/HORA. ÁGUA SERVIDA: CONDUTIVIDADE <1,0 µS/CM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS <100 UFC/ML. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AUTOMÁTICA 90-240V. CONSUMO: 15W EM OPERAÇÃO. DIMENSÕES (LxHxP): 46x46x18 CM. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELO USUÁRIO. ITENS ADICIONAIS: 01 UNIDADE SUPORTE DE BANCADA / 01 UNIDADE PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK / MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA / 01 UNIDADE DE RESINA DE TROCA IÔNICA / 01 FILTRO MICROBIOLÓGICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

61 - CONDUTIVÍMETRO

Descrição Detalhada: OSMOSE REVERSA - CONDUTIVÍMETRO DIGITAL IN-LINE COM SET POINT ÁUDIO-VISUAL PROGRAMÁVEL QUE MEDE A QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA. CÁPSULA COM FILTRO 0,2 µM QUE GARANTE A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA. POSSUI FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA AUTOMÁTICA QUE PERMITE A OPERAÇÃO DE 90 A 240V. CONTENDO PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK; MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; RESINA DE TROCA IÔNICA; FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,2MICRA. VAZÃO NOMINAL: 50 LITROS/HORA. ÁGUA SERVIDA: CONDUTIVIDADE <1,0 µS/CM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS <100 UFC/ML. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: AUTOMÁTICA 90-240V. CONSUMO: 15W EM OPERAÇÃO. DIMENSÕES (LxHxP): 46x46x18 CM. COM INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELO USUÁRIO. ITENS ADICIONAIS: 01 UNIDADE SUPORTE DE BANCADA / 01 UNIDADE PRÉ-FILTRO CARBON BLOCK / MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA / 01 UNIDADE DE RESINA DE TROCA IÔNICA / 01 FILTRO MICROBIOLÓGICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

62 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA MICROPROCESSADA DE SECAGEM: CAPACIDADE 42L; DIM. INTERNAS 30 X 35 X 40 CM (C X L X A) DIM. EXTERNAS 53 X 51,5 X 75 CM; 220V. ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; TRINCO DE PRESSÃO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO DA PORTA; TRÊS TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPERATURA, INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA PROGRAMÁVEL COM AS FUNÇÕES DE SET POINT AUTO SINTONIA E PID COM DUPLO DISPLAY;TEMPERATURA MÍNIMA DE 15°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE; TEMPERATURA MÁXIMA DE 200ºC; UMA PORTA; HOMOGENEIDADE NA CÂMARA: ± 5°C EM UM PONTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

63 - FOTOCOLORÍMETRO

Descrição Detalhada: FOTOCOLORÍMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/200, FAIXA TRABALHO COMPRIMENTOS DE ONDA DE 420, 470, 520, 630 E 680MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CUBETA E CICUITO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

64 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, MICROTUBOS E BOLSAS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 500, CAPACIDADE ATÉ 12 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 999, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

65 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3500, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

66 - BANHO MARIA

Descrição Detalhada: BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 80, LARGURA 40, ALTURA 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

67 - CUBA

Descrição Detalhada: CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL PARA SEQUENCIAMENTO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS: PLACAS DE VIDRO DE 38 X 50 CM; ESPAÇADORES DE 0,35MM; CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE FORÇA: 1000V, 100MA E 55W; TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A 40°C; TEMPERATURA MÁXIMA DE 45°C; UMIDADE ATÉ 80%. INCLUI: PLACA PARA GEL; CÂMARA INFERIOR PARA TAMPÃO; CÂMARA SUPERIOR PARA TAMPÃO; TAMPA DE SEGURANÇA COM CABOS DE ALTA VOLTAGEM; PLACAS DE VIDRO RETANGULARES DE 33 X 41 CM (2 UNIDADES); PLACAS DE VIDRO RECORTADAS DE 33 X 41CM (2 UNIDADES); ESPAÇADOR DE 0,35MM (2 UNIDADES); PENTE COM 48 POÇOS, TIPO DENTE DE TUBARÃO, COM 0,35MM DE ESPESSURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

68 - CUBA

Descrição Detalhada: CUBA PARA ELETROFORESE HORIZONTAL: GEL DE TAMANHO 25 X 30 CM. VOLUME MÁXIMO DE 3000 ML DE TAMPÃO. CONFIGURAÇÕES MÁXIMAS DE FORÇA: 1000V, 500MA, 500W; MÁXIMO DE 624 AMOSTRAS. PENTES DE ALTURA REGULÁVEL E CODIFICADO POR COR: FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA ESPESSURA DO PENTE E CONTROLE DA PROFUNDIDADE; BANDEJA DE CORRIDA TRANSPARENTE AO UV QUE PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR O GEL SEM RISCO DE DANOS DEVIDO À MANIPULAÇÃO. ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE FÁCIL E SEGURO; SAIDAS PARA RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO QUE PODE SER CONECTADO A UMA BOMBA PERISTÁLTICA PARA MANTER O PH DO TAMPÃO E PREVENIR A FORMAÇÃO DE GRADIENTE IÔNICO. OPÇÃO DE PENTES COMPATÍVEIS COM PIPETAS MULTICANAIS, PARA FACILITAR A APLICAÇÃO DE AMOSTRAS NO GEL. TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4 A 40°C. TEMPERATURA MÁXIMA DE 45°C. UMIDADE ATÉ 80%. CERTIFICADO DE SEGURANÇA: EN61010-1, CE. INCLUI: CÂMARA PARA TAMPÃO; TAMPA DE SEGURANÇA; CONDUTORES DE ALTA VOLTAGEM; BANDEJA PARA GEL COM VEDAÇÃO DE SILICONE; PENTE PARA 26 POÇOS, COM 1 MM DE ESPESSURA (6 UNIDADES); TIRAS COLORIDAS PARA ORIENTAÇÃO DOS POÇOS DAS AMOSTRAS; PORTAS DE RECIRCULAÇÃO DE TAMPÃO (2 UNIDADES)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

69 - COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H: COM VAZÃO DE 50L/H; BIVOLT AUTOMÁTICO; CARCAÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC; COLUNA DEIONIZADORA (50 L/H); CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO; LEITO DE RESINA MISTA (CATIÔNICA + ANIÔNICA); CARTUCHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

70 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PERFURAÇÃO SOLO

Descrição Detalhada: DISPERSOR DE SOLOS DE BANCADA, COM HÉLICES METÁLICAS E COPOS DE CHICANA, FUNCIONAMENTO ELÉTRICO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10.000 RPM. 220 VOLTS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

71 - SISTEMA DE CONTROLE

Descrição Detalhada: BANHO DE ULTRA-SOM: ALIMENTAÇÃO 220 AUTOMÁTICO; FREQÜÊNCIA 50/60HZ; FREQÜÊNCIA ULTRA-SÔNICA 40 KHZ; POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA 120 WATTS RMS; CONSUMO MÁXIMO 60 VA (S/ AQUECIMENTO); NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO 70 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS (VOL. ÚTIL) 3,8 LITROS; AQUECIMENTO FIXO 50°C (± 10°C); TEMPORIZADOR DIGITAL 0 À 30 MINUTOS; CUBA / TANQUE : 300 X 151 X 100 MM; DRENO: 3/8 "; PESO APROXIMADO 5 KG; OUTRAS CARACTERÍSTICAS: CIRCUITO ELETRO - ELETRÔNICO VENTILADO; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL; CUBA EM AÇO INOX 304 ; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; GABINETE EM AÇO INOX 430 ESCOVADO; PAINEL COM TECLADO DE MEMBRANA DE ALTA DURABILIDADE; PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO; TAMPA EM PLÁSTICA; CESTO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

72 - APARELHO DETERMINAÇÃO PONTO DE FUSÃO

Descrição Detalhada: APARELHO PARA PONTO DE FUSÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 220 VOLTS, PODE SER USADO COM ATÉ 3 AMOSTRAS DE UMA SÓ VEZ. - AQUECIMENTO ELÉTRICO ATÉ UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE 350ºC, COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA. - AQUECEDOR SEPARADO PARA USO EM ALTAS TEMPERATURAS E PARA ELEVAÇÃO DA TAXA DE AQUECIMENTO. - POSSIBILITA VÁRIAS RAMPAS DE TEMPERATURA, TEMPO CURTO DE RESFRIAMENTO ASSISTIDO POR VENTILADOR. - O TERMÔMETRO E AS AMOSTRAS PODEM SER VISUALIZADOS FÁCIL E SIMULTANEAMENTE, UMA VEZ QUE ELES ESTÃO NO MESMO PLANO DE VISUALIZAÇÃO. - ILUMINAÇÃO E AMPLIADOR INTERNOS TAMBÉM QUE FACILITAM A VISUALIZAÇÃO. O AMPLIADOR É DESTACÁVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. - PROVIDO DE CHAVE LIGA/DESLIGA ILUMINADA. - FORNECIDO COMPLETO, COM UM TERMÔMETRO DE 0 À 360ºC E UM PACOTE DE 100 TUBOS PARA PONTO DE FUSÃO, ABERTOS NAS DUAS EXTREMIDADES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

73 - MANTA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 125 mL, COM REGULADOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA MÁXIMA DE 300 ºC, VOLTAGEM 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

74 - MANTA

Descrição Detalhada: MANTA AQUECEDORA 500 ML CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI; MAIOR SEGURANÇA, DEVIDO NÃO PRODUZIR FAÍSCAS; CORPO ISOLADO DO CALOR RESISTÊNCIA DE FIO KANTHAL, EMBUTIDA EM CADARÇOS DE FIBRA E ALOJADA NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR; TEMPERATURA MÁXIMA NO NINHO: 500ºC; CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM REFERÊNCIA ENTRE OS PONTOS 1 A 10; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT 14136; ACOMPANHA REGULADOR ELETRÔNICO DA TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

75 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO, QUE FUNCIONA PELO PRINCÍPIO DE ROTOR CENTRÍFUGO COM PALHETAS IMERSAS; ALÇA PARA TRANSPORTE; VÁCUO FINAL DE 26 INHG, 660MMHG OU 879,93MILIBAR; DESLOCAMENTO DE AR: 60 L/M; PRECISÃO DO VACUÔMETRO: 3% NO CENTRO DA ESCALA; MOTOR DO TIPO INDUÇÃO E USO CONTÍNUO, DE 1/6 DE HP; 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

76 - MUFLA

Descrição Detalhada: MUFLA COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO QUE POSSIBILITA ATÉ 3 CICLOS (3 RAMPAS E 3 PATAMARES) PROGRAMÁVEIS INDEPENDENTES. ESCALA DE TEMPERATURA PROGRAMÁVEL ATÉ +7º A 1200ºC; VOLUME ÚTIL 3 LITROS ; GABINETE AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ELETROSTÁTICA VOLTAGEM 220 VOLTS ; POTÊNCIA 1700 WATTS ;DIMENSÕES APROXIMADAS EXTERNAS L=300 X P=380 X A=400 MM DIMENSÕES INTERNAS L=150 X P=200 X A=100 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

77 - CAMARA ESCURA DE RAIO X TIPO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: CÂMARA ESCURA COM TRANSLUMINADOR UV GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO 1020 COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA PARA PROPORCIONAR ALTO CONTRASTE NAS VISUALIZAÇÕES; DOTADO DE DUAS LÂMPADAS EMISSORA DE RAIOS UV (ULTRAVIOLETA [1]): UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 254 NM E UMA LÂMPADA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 365NM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

78 - MANTA

Descrição Detalhada: MANTA COM REGULADOR DE TEMPERATURA VOLUME: 1000 ML (DEVE TER NO SISTEMA) COM REGULADOR DE POTÊNCIA; INTERNAMENTE CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM RESISTÊNCIA INCORPORADA; EXTERNAMENTE EM CHAPA COM PINTURA EPÓXI; PERMITE UTILIZAR A TEMPERATURA MÁXIMA DE 300ºC; VOLTAGEM 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

79 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO AVANÇADO COM DUPLO FEIXE, COMPARTIMENTOS PARA REFERÊNCIA E AMOSTRA, GARANTINDO ASSIM A EXATIDÃO DA LEITURA. INDICADO PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FARMACÊUTICAS E ANÁLISES BIOQUÍMICAS, ASSIM COMO APLICAÇÕES DE ROTINA COMO ANÁLISES QUANTITATIVAS, CINÉTICA, VARREDURA, MÚLTIPLO COMPRIMENTO DE ONDA E ANÁLISE DE DNA/PROTEÍNA. CARACTERÍSTICAS: DUPLO-FEIXE, LARGURA DE BANDA 1.8 NM, EQUIPAMENTO SELADO, TECLADO RESISTENTE A SOLVENTES. TROCA DE LÂMPADA PODE SER FEITA PELO USUÁRIO E PODE SER MONITORADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FAIXA ESPECTRAL: 190-1100 NM, LARGURA DA BANDA: 1.8 NM, SISTEMA ÓTICO: DUPLO-FEIXE, REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM, EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: ± 0,3 NM, REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0,2 NM, SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICA, VELOCIDADE: ALTA, MÉDIA E BAIXA, MÁXIMO 3000 MM/MIN, EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: = ± 0,3% OU ± 0,003 ABS, FAIXA DE MEDIÇÃO FOTOMÉTRICA: 0 A 200%T, -0,300 A 3ABS, LUZ ESPÚRIA: = ± 0,04% T EM 220 E 360 NM, DISPLAY: LCD 320X240 DOTS, DETECTOR: FOTODIODO, COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS: COMPARTIMENTO PARA CUBETA 10 MM, LÂMPADAS: DEUTÉRIO E HALOGÊNIO, SAÍDA DE DADOS: ENTRADA USB E PORTA PARALELA OBS:VER REST.ESP.EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

80 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN, TUBO DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, SEGURANÇA DE ÁGUA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RENDIMENTO 5LITROS/H, CONSUMO 50 L/H, POTÊNCIA 4000 WATTS, TENSÃO 220VOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

81 - AGITADOR MECÂNICO

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 30, COMPONENTES COM ATÉ 10 COMPARTIMENTOS, CAPACIDADE PARA PROVETAS DE 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

82 - SISTEMA FILTRAÇÃO

Descrição Detalhada: SISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, FRASCO COLETA, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (ÉSTERES CELULOSE), CAPACIDADE 1000, ESTERILIDADE ESTÉRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (12)

83 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

84 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO BIVOLT, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (20)

85 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO UV-VIS CONSTRUÍDO EM MATERIAL ULTRA-RESISTENTE, COM ACABAMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; LEITURAS AUTOMÁTICAS EM ABSORBÂNCIA (A) DE 0 A 2A, TRANSMITÂNCIA (%T) DE 0 A 125%T E CONCENTRAÇÃO (C) DE 0 A 1999, PRECISÃO FOTOMÉTRICA DE ± 0.5 (T%) E 0.2% DE (A); ZERO E 100%T AUTOMÁTICOS; VARREDURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO PC; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DAS LÂMPADAS DE DEUTÉRIO E DE TUNGSTÊNIO / HALOGÊNIO; FOTODETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 200NM E 1000NM, PRECISÃO DE ± 2 NM REPRODUTIBILIDADE DE ±1NM; INTERFACE RS232 COM ADAPTADOR PARA USB PARA COMPUTADOR; LARGURA DA BANDA DE PASSAGEM: 5NM; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO ÓTICO, 2 CUBETAS EM QUARTZO, SOFTWARE EM CD, CABO DE CONEXÃO AO COMPUTADOR, CABO DE FORÇA, SOFTKEY, ADAPTADOR RS232 PARA USB E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

86 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO VISÍVEL: CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM DESIGN MODERNO E COMPACTO COM BAIXA ALTURA; INDICAÇÃO DIGITAL EM DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO; FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO; LEITURAS DIRETAS EM ABSORVÂNCIA (ABS), TRANSMITÂNCIA (%T), CONCENTRAÇÃO (C) E FATOR; LEITURAS ESTÁVEIS; UTILIZA MONOCROMADOR COM GRADE DE DIFRAÇÃO E SISTEMA DE LENTES CONVERGENTES NÃO ESFÉRICAS; FEIXE DE LUZ VISÍVEL ATRAVÉS DE FONTE DE LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; MONOCROMADOR TIPO MONTAGEM LITTROW COM GRADE DE DIFRAÇÃO DE 1200L/MM; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO DE ALTA SENSIBILIDADE; FAIXA DE TRANSMITÂNCIA DE 0 % A 125.0%T E DE ABSORVÂNCIA DE 0 A 2,0 ABS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 0 A 1999C (0 A 1999 F); COMPRIMENTO DE ONDA REGULÁVEL ENTRE 325 E 1000 NANÔMETROS; SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ATRAVÉS DE DIAL; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA, MELHOR DO QUE ± 2 NANÔMETROS; REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA ± 1 NANÔMETRO; COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS. ACEITA CUBETAS DE 10MM, TUBO DE ENSAIO COM ATÉ Ø10MM; ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO COM 10MM DE CAMINHO ÓTICO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

87 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN 10L/H A: PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4S, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300S; CALDEIRA EM AÇO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; NA FALTA DE ÁGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE; PARA MELHOR QUALIDADE DA ÁGUA DESTILADA PRODUZIDA E MAIOR DURABILIDADE DO APARELHO, SUGERIMOS O USO DOS PRÉ-FILTROS DE SEDIMENTOS (Q381) E O DE CARVÃO ATIVADO (Q382) BEM COMO O ABRANDADADOR NO CASO DAS ÁGUAS DURAS (Q383), ITENS OPCIONAIS RECOMENDADOS. CONSUMO: 7.000 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

88 - CAPELA EXAUSTÃO

Descrição Detalhada: CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 90, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, VAZÃO ATÉ 1000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

89 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO P/ SECAGEM À VÁCUO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

90 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRÍFUGA, TIPO PARA MICROPLACAS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, CAPACIDADE ATÉ 4 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

91 - PIPETADOR

Descrição Detalhada: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE ATÉ 100, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

92 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: PIPETA AUTOMÁTICAS, KIT CONTENDO QUATRO PIPETAS COM VOLUME AJUSTÁVEL DE 0,2 A 2 ?L / 2 A 20 ?L / 20 A 200 ?L / 100 A 1000 ?L; ACOMPANHA: UM RACK COM 96 PONTEIRAS DE 10µL; DUAS RACKS COM 96 PONTEIRAS 200 µL; UMA RACK COM 96 PONTEIRAS 1000 µL E UM SUPORTE COM 6 POSIÇÕES PARA PIPETAS; SUPERFÍCIE EXTERNA REVESTIDA POR ÍONS DE PRATA QUE INIBE CRESCIMENTO MICROBIANO; BOTÃO DE AJUSTE DE VOLUME DE ACIONAMENTO LEVE E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE MUDANÇAS DO VOLUME DURANTE A PIPETAGEM; BOTÃO SUPERIOR COM CÓDIGO DE CORES QUE AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DA PONTEIRA IDEAL A SER USADA; MECANISMO DE AJUSTE AVG QUE IMPEDE ALTERAÇÕES NO VOLUME PROVOCADAS PELO CALOR DA MÃO DO USUÁRIO; DESIGN ERGONÔMICO EXCLUSIVO QUE REDUZ POSSIBILIDADE DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO; SISTEMA SUPER BLOW OUT GARANTE DISPENSA TOTAL DA AMOSTRA E MAIOR PRECISÃO PARA MICRO-VOLUMES; EJETOR DE PONTEIRAS TIPO SOFT TOUCH PERMITE UMA EJEÇÃO SUAVE E EFICIENTE; APOIO DOS DEDOS COM POSIÇÃO AJUSTÁVEL QUE PERMITE ADAPTAÇÃO PERFEITA A QUALQUER USUÁRIO E GARANTE MANUSEABILIDADE SEGURA E MINIMIZA A POSSIBILIDADE DE QUEDA DA PIPETA; FACILMENTE DESMONTÁVEL PELO USUÁRIO; GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; OBS: VER REST.ESP.EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: CJ

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

93 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO DIGITAL TRINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO LED E CÂMERA DE 3MP: SEU SISTEMA ÓTICO APRESENTA MICROSCÓPIO TRINOCULAR DE ÓPTICA INFINITA COM SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAL/ BILATERAL PARA APLICAÇÃO EM TÉCNICA DE CAMPO CLARO, ESTATIVO DE ALTA ESTABILIDADE E CONFORTO, COM DESIGN ESPECIAL PARA SEGURANÇA DOS CONTROLES DO MICROSCÓPIO E SUPERFÍCIE ADITIVA PARA TRATAMENTO DE MARCAS DE TOQUES DOS USUÁRIOS INIBINDO O CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS, TUBO TRINOCULAR INCLINADO 30° COM SETA INDICADORA E SISTEMA DE ROTAÇÃO DE ATÉ 360°, COM PAR DE OCULARES DE GRANDE CAMPO HC PLAN S 10X/ 20 MM COM FOCO AJUSTÁVEL DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM E TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, REVÓLVER PARA QUATRO OBJETIVAS PROJETADAS PARA A PARTE INTERNA DA ESTATIVO, COM PARADAS CLIQUE E REVESTIDA DE BORRACHA, REVESTIMENTO ANTI-FÚNGO E GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO, OBJETIVAS RP SERIES DIN CORREÇÃO INFINITA OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS, TRATAMENTO ANTI-FUNGOS, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 4X/NA 0.10/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 30.0MM, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS 10X/NA 0.25/WD DISTÂNCIA DE TRABALHO 7.0MM, OBJETIVAS PLANA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

94 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CAPELA DE EXAUSTÃO: 01 CONJUNTO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES ACIDOS E BASES, COMPLETO, COMPOSTO POR:03 CONJUNTOS DE COIFA COM TOMADA CENTRAL, DUPLA, PARA EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES DE SUBSTANCIAS CORROSIVAS, EM POLIPROPILENO ADITIVADO UV, ESPESSURA 10 MM, COM CANALETAS COLETORAS COM BUJÃO DE DRENAGEM, COM 2 COLARES DE TOMADA Ø 250 MM E REGISTROS DE VAZÃO TIPO DAMPER MECANICO 4 UN LUMINARIAS INTERNAS A PROVA DE EXPLOSÃO, EM POLICARBONATO INCOLOR (2 X 16 WATTS 127/220 V) C/ INTERRUPTOR PAINEIS DE FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO INCOLOR LISO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, 01 CONJUNTO SISTEMA DE DUTOS DE EXAUSTÃO P/ GASES E VAPORES DE ACIDOS E BASES, EM PVC RIGIDO/POLIPROPILENO, COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 10701, TOTALMENTE SOLDADO POR TERMOFUSÃO C/ CONEXÕES FLANGEADAS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E MEMORIA DE CALCULO A SEREM APRESENTADAS P/ COMPROVAÇÃO DE EFICIENCIA; 01 CONJUNTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM PP ADITIVADO, CINZA, COM ROTOR TIPO LIMIT-LOAD BALANCEAMENTO DINAMICO E ESTATICO CERTIFICADO, VAZÃO NOMINAL 8100 M³/H, MOTOR ELETRICO BLINDADO 5,0 CV IP55, 220/380 V, 1730 RPM, CONEXÃO DE TOMADA/DESCARGA Ø 450 MM; 01 CONJUNTO DE OBS: VER REST. ESP. EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

95 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: EQUIPO MODULAR PARA SER INSTALADO EM BANCADA, MONTADO EM CHAPA E PINTADA EM TINTA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A CORROSÃO. MANGUEIRAS LISAS, LEVES E MACIAS, SUPORTES DE PONTAS COM ANGULAÇÃO AJUSTADA CONFORME NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. TERMINAL COM UMA SERINGA TRÍPLICE CONFECCIONADA EM METAL NÃO FERROSO, MECÂNICA, COM AR, ÁGUA E SPRAY, COM CONDUTOS SEPARADOS DE AR E ÁGUA, FORMANDO SPRAY NA PONTA DA SERINGA, MOVIMENTOS DE 360º, PERMITE DIRECIONAR O JATO PARA QUALQUER QUADRANTE DA CAVIDADE BUCAL. TORNEIRAS DO SPRAY NO PRÓPRIO CORPO PARA MAIOR FACILIDADE E PRECISÃO NA REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA NA PONTA. DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN, SENDO UM PARA O ALTA ROTAÇÃO E OUTRO PARA O BAIXA ROTAÇÃO E PEDAL ÚNICO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO, PARA COMANDO DAS PEÇAS DE MÃO. 220 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 17 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (17)

96 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CAPELA DE EXAUSTÃO: 01 CONJUNTO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES ACIDOS E BASES, COMPLETO, COMPOSTO POR:03 CONJUNTOS DE COIFA COM TOMADA CENTRAL, DUPLA, PARA EXAUSTÃO DE GASES E VAPORES DE SUBSTANCIAS CORROSIVAS, EM POLIPROPILENO ADITIVADO UV, ESPESSURA 10 MM, COM CANALETAS COLETORAS COM BUJÃO DE DRENAGEM, COM 2 COLARES DE TOMADA Ø 250 MM E REGISTROS DE VAZÃO TIPO DAMPER MECANICO 4 UN LUMINARIAS INTERNAS A PROVA DE EXPLOSÃO, EM POLICARBONATO INCOLOR (2 X 16 WATTS 127/220 V) C/ INTERRUPTOR PAINEIS DE FECHAMENTO LATERAL EM VIDRO INCOLOR LISO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, 01 CONJUNTO SISTEMA DE DUTOS DE EXAUSTÃO P/ GASES E VAPORES DE ACIDOS E BASES, EM PVC RIGIDO/POLIPROPILENO, COMPLETO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 10701, TOTALMENTE SOLDADO POR TERMOFUSÃO C/ CONEXÕES FLANGEADAS COM PARAFUSOS EM AÇO INOX AISI 304, CONFORME PROJETO EXECUTIVO E MEMORIA DE CALCULO A SEREM APRESENTADAS P/ COMPROVAÇÃO DE EFICIENCIA; 01 CONJUNTO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM PP ADITIVADO, CINZA, COM ROTOR TIPO LIMIT-LOAD BALANCEAMENTO DINAMICO E ESTATICO CERTIFICADO, VAZÃO NOMINAL 8100 M³/H, MOTOR ELETRICO BLINDADO 5,0 CV IP55, 220/380 V, 1730 RPM, CONEXÃO DE TOMADA/DESCARGA Ø 450 MM; 01 CONJUNTO DE OBS: VER REST. ESP. EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

97 - MEDIDOR VAZÃO

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO ROTÂMETRO COM UMA VÁLVULA AGULHA ACOPLADA NA SAÍDA PARA REGULAGEM DA VAZÃO. O FLUIDO É AR COMPRIMIDO EM SENTIDO ASCENDENTE COM EIXO VERTICAL. A FAIXA DE VAZÃO DEVE SER DE 20~200 NL/H. TEMPERATURA 21ºC E PRESSÃO DE 3 BAR. CONEXÃO TIPO ROSCA BSPF 1/2. PRECISÃO DE +/- 2% F/S. MATERIAL DO FLUTUADOR EM AÇO INOX.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

98 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 150, ALTURA 94, LARGURA 57, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS BORRACHA, TIPO PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 BANDEJAS, COMPRIMENTO 90, APLICAÇÃO MOVIMENTAÇÃO MATERIAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

99 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, CONSTRUÍDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO. CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136. ÍMÃ PERMANENTE. CONTROLE DE AQUECIMENTO E ROTAÇÃO ELETRÔNICO ANALÓGICO COM ESCALA. ACOMPANHA BARRA MAGNÉTICA, MANUAL DE INSTRUÇÕES E FUSÍVEIS EXTRAS. FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA DE AQUECIMENTO ATÉ 350°C; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ATÉ 2000RPM, CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 5-10 LITROS. ALIMENTAÇÃO 220V OU 110V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

100 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR DE TUBOS VÓRTEX. GABINETE EM PLÁSTICO ABS E BASE EM FERRO FUNDIDO. MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO). MECANISMO DE AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. VELOCIDADE FIXA: 2800RPM. CONSUMO: 40 WATTS. CAPACIDADE TUBOS DE 1,5 A 50ML. ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V OU BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

101 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BANHO TERMOSTATIZADO DE RECIRCULAÇÃO EXTERNA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA: -10°C A 99,9° C CONTROLADOR DE TEMPERATURA: DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SENSOR: PT-100 PRECISÃO DE CONTROLE: ±0,1°C UNIFORMIDADE: ±0,3°C COMPRESSOR: HERMÉTICO 1/3 HP, COM GÁS R-134-A LIVRE DE CFC CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 2700 BTU/H A 0°C BOMBA CIRCULAÇÃO: INTERNA E EXTERNA CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO: 4 L/MINUTO (VAZÃO), 1,5 MCA (PRESSÃO) BANDEJA E CUBA: EM AÇO INOX 304 GABINETE: AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA VOLUME: 10 LITROS POTÊNCIA: 1600 WATTS TENSÃO: 220 VOLTS ACOMPANHA: - 01 BANDEJA PROTETORA DA RESISTÊNCIA - 01 TAMPA DA CUBA EM AÇO INOX - 02 FUSÍVEIS EXTRA - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DIVERSOS TIPOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PARA OTIMIZAR A CONDENSAÇÃO EM ALGUNS EQUIPAMENTOS, REFRIGERANDO CONDENSADORES DOS TIPOS FRIEDRICHS, SOXHLET, EVAPORADORES ROTATIVOS, REATORES E OUTRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

102 - DETERMINADOR AÇÚCARES REDUTORES

Descrição Detalhada: DETERMINADOR DE AÇÚCARES REDUTORES(AR) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO/ANALÓGICO; MILIVOLTÍMETRO DISPLAY DIGITAL PARA INDICAÇÃO DO PONTO DE VIRAGEM; ELETRODO DE PLATINA PARA MEDIR A TENSÃO ELÉTRICA GERADA NA REAÇÃO DE OXI-REDUÇÃO DO COBRE DO LICOR DE FEHLING PELOS AÇÚCARES REDUTORES; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA 1500 WATTS; GABINETE EM AÇO INOX 304 COM PINTURA ELETROSTÁTICA; VIDRARIA CUBA/CALDEIRA CONSTITUÍDOS EM VIDRO BOROSSILICATO; ABASTECIMENTO SEMI-AUTOMÁTICO POR VÁLVULA SOLENÓIDE; SEGURANÇA CALDEIRA EMBUTIDA; DIMENSÃO TOTAL L=220 X P=340 X A=650 MM; TENSÃO 220 VOLTS; PESO 8 KG. ACOMPANHA: - 01 PEÇA: ELETRODO DE PLATINA; - 01 PEÇA: HASTE E PINÇA PARA BURETA; - 02 PEÇAS: FUSÍVEL EXTRA; - MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA. TENSÃO 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

103 - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

Descrição Detalhada: CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4´

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

104 - PRENSA HIDRÁULICA / COMPONENTE

Descrição Detalhada: PRENSA PARA EXTRAÇÃO E ESMAGAMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO: 15 TONELADAS; CABEÇOTES: FIXO EM AÇO INOX; CILINDRO: HIDRÁULICO; GUIAS: REVESTIDAS COM CROMO DURO; CAMISA: EM AÇO INOX; ESTRUTURA: EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA; ACOMPANHA: 01 CAMISA Ø88 X 196 MM; 01 EMBOLO Ø88 X 198 MM; MANUAL DE INSTRUÇÕES COM TERMO DE GARANTIA; APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESMAGAMENTO DE AMOSTRAS SÓLIDAS E EXTRAÇÃO DE ÓLEOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

105 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL, 220 VCOM DUPLO SISTEMA DE SEGURANÇA NA FALTA DE ÁGUA DESLIGA AS RESISTÊNCIAS, PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10 LITROS/HORA, CONDUTIVIDADE NA SAÍDA ENTRE 0,5 E 1,5 MS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

106 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: EVAPORADOR ROTATIVO COM DESIGN INOVADOR COMPACTO E ERGONÔMICO. BANHO DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO E CIRCUITO DE SEGURANÇA AJUSTÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA. OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA ATRAVÉS DA ERGONÔMICA UNIDADE OPERACIONAL DISPOSTA NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO. LEVANTAMENTO MOTORIZADO (CURSO DE 140 MM) COM PARADA DE SEGURANÇA: EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA O PISTÃO DO EVAPORADOR É AUTOMATICAMENTE LEVANTADO, CONDUZINDO O BALÃO DE EVAPORAÇÃO PARA FORA DO BANHO. POSIÇÃO INFERIOR FINAL AJUSTÁVEL PARA PROTEGER A VIDRARIA CONTRA QUEBRAS. INÍCIO SUAVE A PARTIR DE 100 RPM. VISOR DIGITAL DE TEMPERATURA E VELOCIDADE. MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA, SEM ESCOVAS. PODE MOVER INTERCALADAMENTE DE UM LADO PARA O OUTRO, EM PROCESSOS DE SECAGEM. FUNÇÃO TIMER PARA CONTROLES DE OPERAÇÕES TEMPORIZADAS. AQUECIMENTO RÁPIDO DEVIDO AO VOLUME OTIMIZADO DO BANHO. INTERFACE POR INFRAVERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO BANHO PARA A UNIDADE MOTORIZADA. INTERFACE RS232 PARA OPERAÇÃO REMOTA POR COMPUTADOR COM O SOFT. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA COM O SOFT. ACOMPANHA: BANHO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 4000 ML; VIDRARIA VERTICAL ESPECIFICAÇÕES: OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

107 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO DIGITAL AGITADOR MECÂNICO DE HÉLICE TIPO II COM DISPLAY DIGITAL. MANDRIL VAZADO. PODE SER USADO COM DIVERSOS MODELOS DE HÉLICES. INDICADOR DIGITAL DE VELOCIDADE. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO DE 20 LITROS. VISCOSIDADE MÁXIMA DE AGITAÇÃO DE 10.000 MPAS. POTÊNCIA DO MOTOR DE 70W (NA HASTE DE AGITAÇÃO 26W). FAIXA DE VELOCIDADE 1: 72-600 RPM (APLICAÇÕES DE MAIOR VISCOSIDADE). FAIXA DE VELOCIDADE 2: 288-2400 RPM (APLICAÇÕES DE MENOR VISCOSIDADE). VOLTAGEM: 220V. DEVE ESTAR INCLUSO A GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, A GARANTIA DO EQUIPAMENTO, A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL E TREINAMENTO TÉCNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

108 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR DE DQO DIGITAL E MICROPROCESSADO PARA DIGESTÃO DE ATÉ 25 AMOSTRAS SIMULTÂNEAS PARA ANÁLISE DE DQO. AQUECIMENTO RÁPIDO PRÉ-PROGRAMADO DE FÁBRICA COM ALARME SONORO E DESLIGAMENTO AO ATINGIR 150°C POR 2 HORAS. REVESTIDO EM TEFLON, EVITANDO RISCOS NO TUBO E OXIDAÇÃO DO EQUIPAMENTO; TUBOS DE 16 X 100 MM; TEMPERATURA PROGRAMADA EM 150°C; TEMPORIZADOR PROGRAMADO EM 2H; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO POR FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO DE 1,5 A; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL E MICROPROCESSADO; GABINETE DE ALUMÍNIO REVESTIDO EM TEFLONR; ISOLAÇÃO DO BLOCO EM FIBRA CERÂMICA; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; TENSÃO 110 OU 220 V; POTÊNCIA DE 300 W; AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA DE INOX; SENSOR DE TEMPERATURA TERMOPAR TIPO J; PESO: 4 KG; DIMENSÕES: EQUIPAMENTO COM COMPR. 304 MM X LARG. 188 MM X ALT. 120 MM; GARANTIA DE 1 ANO. ACOMPANHA: 25 TUBOS, TERMÔMETRO AUXILIAR E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

109 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO. PLACA DE AQUECIMENTO DE PIROCERÂMICA COM RESISTÊNCIA QUÍMICA. PAINEL DE CONTROLE ELEVADO QUE PROTEGE CONTRA VAZAMENTO DE LÍQUIDOS. DISPLAY DIGITAL PARA TEMPERATURA. ENTRADA DE HASTE PARA USO DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA. FAIXA DE TEMPERATURA DE 50ºC A 500ºC (CIRCUITO DE SEGURANÇA FIXA). TEMPERATURA EXATA INDICADA ATRAVÉS DO VISOR DIGITAL (LED). INDICADOR HOT TOP COM AVISO DE SUPERFÍCIE QUENTE. PROTEÇÃO CONFORME DIN EN 60529 IP 21. CAPACIDADE DE AGITAÇÃO: 5 LITROS. VELOCIDADE: 100 A 1500 RPM. POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DE 1020 W. DIMENSÕES DA PLACA: 120 X 120 MM. DIMENSÕES DO APARELHO: 150 X 105 X 260 MM. VOLTAGEM: 220 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (5)

110 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA DE ALTO VÁCUO DE PISTÃO ISENTO DE ÓLEO. N° DE PISTÕES: 2. DESLOCAMENTO: 44 LPM. VÁCUO MÁXIMO: 740 MM HG. RPM: 3400. POTÊNCIA DO MOTOR: 110 W COM PROTEÇÃO TÉRMICA. PESO: 5 KG. DIMENSÕES MÁXIMAS EM MM: CXLXA (230X108X143) VARIAÇÕES ELÉTRICAS: 220V/60HZ-50HZ. DESEMPENHO EM C.A/60HZ AO NÍVEL DO MAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

111 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BURETA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 50ML. TECNOLOGIA COM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE PAINÉIS SOLARES SEM A NECESSIDADE DE BATERIAS. CALIBRAÇÃO UTILIZANDO O SISTEMA DE CALIBRAÇÃO RÁPIDA. SEM PERDA DE REAGENTE DEVIDO AO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE MEIOS. SISTEMA DE DISPENSAÇÃO FINO PARA GOTEJAMENTO. COMPONENTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM OS MEIOS ESTERILIZÁVEIS COM VAPOR A 120ºC. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FRASCOS DE TAMANHOS A32, A38 E S40. CAPACIDADE DE 50 ML. LEITURA DE 0,01 ML. PRECISÃO DE 0,2%. DESVIO PADRÃO: 0,1%. DISPLAY EM LCD. INTERFACE BIDIRECIONAL RS232. CERTIFICADO CONFORMIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

112 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO LAMINADA COM REFORÇOS PARA EVITAR O FLEXIONAMENTO DE SUAS PAREDES. ACABAMENTO EXTERNO COM PORTA EM VIDRO, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR. RESISTENTE AOS SOLVENTES DE FÁCIL LIMPEZA. DESLOCAMENTO VERTICAL (TIPO GUILHOTINA) E SISTEMA DE CONTRAPESO PERMITINDO AJUSTAR A ABERTURA EM QUALQUER PONTO. ABERTURA MÁXIMA DA PORTA: 77CM. ILUMINAÇÃO INTERNA TIPO FLUORESCENTE, COMPLETAMENTE ISOLADA DA ÁREA DE TRABALHO, INDIRETA AO OPERADOR. PAINEL A ESQUERDA COM INTERRUPTORES PARA EXAUSTÃO E ILUMINAÇÃO, AMBOS COM LÂMPADA PILOTO INTERNA, REGISTROS PARA ÁGUA E GÁS, DUAS TOMADAS EXTERNAS, CAPACIDADE ATÉ 15A CADA. FORNECIDA COM OLIVA PARA GÁS E PIA PARA ÁGUA COM DRENO LATERAL PARA O EXTERIOR. ACOMPANHA EXAUSTOR LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL RESISTENTE MOTOR DE 1/2 HP. BASE (PISO) LAMINADOS EM FIBRA DE VIDRO. EXAUSTOR ENCAIXADO NA SAÍDA DA CAPELA, PODENDO SER DIRECIONADO PARA QUALQUER ÂNGULO NO SENTIDO HORIZONTAL COMO TAMBÉM PODE SER INSTALADO FORA DO LABORATÓRIO. VOLUME DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR DE 1850 M3/HORA. VELOCIDADE MEDIA DO AR DE 25 M/S NA SAÍDA DO EXAUSTOR (60 HZ). VOLTS: BIVOLT.EXAUSTÃO M3/MIN: 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

113 - APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: DETERMINADOR DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGÊNIO (DBO) POR MÉTODO RESPIROMÉTRICO SEM USO DE MERCÚRIO. MEDIÇÕES MANOMÉTRICAS MEDIANTE SENSOR DE PRESSÃO. MEDIÇÕES DIÁRIAS DE DBO (1 POR DIA) NO PERÍODO DE 1 A 28 DIAS. FAIXA DE PRESSÃO 500 A 1100 (3,55)HPA. FAIXA DE DBO DE 0 A 4000 MG/L. FAIXA DE TEMPERATURA DE +5 A +50ºC. CAPACIDADE PARA 6 GARRAFAS DE 510ML. PROTEÇÃO IP 54. ALIMENTAÇÃO 230V. MÉTODO DE ACORDO COM NORMA DIN 38409 T 52. ACOMPANHA: PLATAFORMA DE AGITAÇÃO, 6 GARRAFAS ÂMBAR DE 510ML, 6 CABEÇAS DE MEDIÇÃO, 6 BARRAS MAGNÉTICAS, BALÕES GRADUADOS (164 E 432ML),NAOH (50G), INIBIDOR DE NITRIFCAÇÃO (50 PASTILHAS), MANUAL DE INSTRUÇÕES, DIMENSÕES ALTURA: 69 MM; Ø 70 MILÍMETROS, VOLTAGEM : 220 V, 50/60 HZ. SISTEMA COMPLETO, PRONTO PARA O USO, PARA 6 MEDIDAS SIMULTÂNEAS EM SISTEMA INDUTIVO DE AGITAÇÃO (BANDEJA), BLOCO PARA GRÁFICO DE CURVAS DBO, NECESSÁRIO INCUBAÇÃO EM ESTUFA POR 5 DIAS A 20°C.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

114 - MEDIDOR CONDUTIVIDADE

Descrição Detalhada: MEDIDOR PH DE BANCADA COM DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO DE 2 LINHAS X 16 CARACTERES QUE PERMITE UMA FÁCIL LEITURA. TEXTOS EM PORTUGUÊS E DE FORMA INTERATIVA, AUXILIAM O USUÁRIO A OPERAR O INSTRUMENTO SEM CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES. EM POUCOS PASSOS E DE FORMA INTUITIVA É POSSÍVEL CALIBRAR O INSTRUMENTO EM MENOS DE 3 MINUTOS. COMBINA A POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE PH, ORP (POTENCIAL DE OXI-REDUÇÃO) E TEMPERATURA DA AMOSTRA. NOVA FUNÇÃO "CHEQUE DE ELETRODO" (EFETUA 4 VERIFICAÇÕES NO ELETRODO DEFININDO A QUALIDADE DO MESMO: OFFSET, TEMPO DE RESPOSTA, SENSIBILIDADE (SLOPE) E DERIVA (DRIFT)). EXECUTA A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEITURA EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DA AMOSTRA, NA FAIXA DE 0 A 100 ºC. EXCLUSIVA FUNÇÃO SET-POINT, QUE PERMITE AJUSTAR UM PONTO OU UMA FAIXA ONDE IRÁ SOAR UM BEEP, INDICANDO QUE A SOLUÇÃO ESTÁ COM PH CORRETO OU FORA DA ESPECIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SELECIONAR O JOGO DE SOLUÇÕES TAMPÕES UTILIZADO PARA CALIBRAR O INSTRUMENTO, QUE PODEM SER PH 4,01 / 7,01 E 10,01 OU 4,01 / 6,86 E 9,18. DISPÕE DE SAÍDA SERIAL TIPO RS232C, QUE PERMITE LIGAR O INSTRUMENTO A UM COMPUTADOR OU IMPRESSORA, POSSIBILITANDO REGISTRAR AS MEDIDAS OBS: VER RESTANTE ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

115 - TURBIDÍMETRO

Descrição Detalhada: TURBIDÍMETRO: SAÍDA PARA COMPUTADOR RS 232C COM TRANSMISSÃO DOS DADOS APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LEITURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA; FAIXA DE TRABALHO DE 0 A 1000 NTU. PRECISÃO DE 2%; USO DE PADRÕES PRONTOS PARA CALIBRAÇÃO; INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL; DOIS SENSORES TIPO FOTO-DIODO DE SILÍCIO. DISPOSTOS A 90º E 180º, PARA CORREÇÃO DE ERROS DE COR DA ÁGUA; ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS (BIVOLT). ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 CUBETA DE 25 ML, PADRÕES PRONTOS 0.1 / 0.8 / 8 / 80 / 1000 NTU E MANUAL DE INSTRUÇÕES. FABRICAÇÃO NACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

116 - ADIPÔMETRO

Descrição Detalhada: ADIPÔMETRO, FORMATO APALPADORES COM MOLA DE PRESSÃO CONSTANTE 10G/MM, AMPLITUDE DE 0 MM A 80 MM, TOLERÂNCIA MEDIÇÃO PRECISÃO EM DÉCIMOS DE MM, APLICAÇÃO LEITURA DIRETA DA DOBRA CUTÂNEA, DIMENSÕES EIXO MAIOR 29 E EIXO MENOR 17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

117 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: ANALISADOR DE PELE - LUPA DE MÃO COM LUZ DE WOOD PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA PELE; EMITE LUZ ULTRAVIOLETA (UV) DE 365 NANÔMETROS (LÂMPADA DE WOOD), COMBINADA COM LUZ BRANCA ESPECIAL E EVITA A INCIDÊNCIA DE LUZ EXTERNA, PERMITINDO ASSIM A VISUALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE COR E A PRESENÇA DE FLUORESCÊNCIA. BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

118 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CÂMARA ASSÉPTICA BILVOLT. PRÓPRIA PARA TRABALHOS DE BACTERIOLOGIA E OUTROS QUE EXIJAM AMBIENTES ASSÉPTICOS. POSSUI DUAS LÂMPADAS: UMA ULTRAVIOLETA GERMICIDA E OUTRA FLUORESCENTE BRANCA PARA OBSERVAÇÃO DOS TESTES. A LÂMPADA ULTRAVIOLETA EMITE RADIAÇÃO COM COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA DE 254 NM QUE ATINGE ÁCIDO NUCLÉICO (DNA E RNA) DOS CONTAMINANTES BIOLÓGICOS E REAGE FOTOQUIMICAMENTE CESSANDO SUA REPRODUÇÃO. CONSTRUÍDA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA BRANCO, COM PORTAS E VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PROPORCIONANDO UMA ÁREA MAIOR PARA PREPARO DE AMOSTRAS. O PLÁSTICO PVC APRESENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA À MAIORIA DOS PRODUTOS SANITIZANTES. DIMENSÕES MÍNIMAS (CM): L 80 X P 50,5 X H 52. ACOMPANHA: LÂMPADA UV 254 NM e 365 NM. POTÊNCIA: 40W. BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

119 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: REATOR PARA DIGESTÃO DQO, PROGRAMAS CUSTOMIZADOS PARA TEMPERATURA DE DIGESTÃO E DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. 24 ESPAÇOS PARA TUBOS DE 16 MM DE DIÂMETRO. TAMPA DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE QUE PERMITE VISUALIZAÇÃO DOS TUBOS. IDEAL PARA ANÁLISES DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO), CARBONO ORGÂNICO TOTAL (TOC), NITROGÊNIO TOTAL, FOSFATO TOTAL E CROMO TOTAL. PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO NO BLOCO (190ºC). ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO PROGRAMA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURAS: (100 / 120 / 150 ºC), ESTABILIDADE: ± 1 ºC, TIMER: 30/60/120 MINUTOS. TAXA DE AQUECIMENTO: DE 20 ºC A 150 ºC EM 12 MIN. DIMENSÕES: 248 X 219 X 171 MM, PESO: 3,9 KG, VOLTAGEM: BIVOLT. ANÁLISES PRÉ-PROGRAMADAS: DQO (150 ºC), TOC (120 ºC), CROMO TOTAL (100 ºC), NITROGÊNIO TOTAL (100 ºC) E FOSFATO TOTAL (100 ºC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

120 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR MECÂNICO, COR AZUL, ALCANCE DE VELOCIDADE I (50HZ): 60-500 RPM ALCANCE DE VELOCIDADE II (50HZ) 240-2000 RPM, VISCOSIDADE MÁXIMA: 10.000MPAS,CAPACIDADE DO MOTOR INPUT/OUTPUT: 70/30W, CAPACIDADE NA HASTE PARA AGITAÇÃO (OUTPUT) 20W+30%, TEMPO PERMITIDO DE FUNCIONAMENTO: 100%, TORQUE MÁXIMO NO MANDRIL: 300NCM, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE COM MUDANÇA DE CARGA: 5%,ALCANCE DO MANDRIL: 0,5-10,0MM, DIÂMETRO INTERNO DO ORIFÍCIO DA HASTE: 10,5MM, DIÂMETRO DO BRAÇO DE EXTENSÃO: 13MM, COM SUPORTE, BASE, MUFA E HASTE DE AGITAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

121 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: APARELHO DE CARBOXITERAPIA COM APLICAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO POR VIA SUBCUTÂNEA, EQUIPAMENTO MICROCOMPUTADORIZADO, MONOFÁSICO DE CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICO; VELOCIDADE DE FLUXO DE CO2: AJUSTÁVEL DE 5 A 200 ML/MIN; VOLUME DE CO2 POR PONTO: AJUSTÁVEL DE 5 A 200 ML/MIN OU MODO "FREE": CONTÍNUO; OPÇÃO DE AQUECIMENTO DO GÁS; OPÇÃO DE ACIONAMENTO POR PEDAL; PORTÁTIL; O RACK POSSUI CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CILINDRO DE CO2 DE ATÉ, NO MÁXIMO, 4,5KG. POTÊNCIA: 40VA. BIVOLT. 01 BANNER PROMOCIONAL;01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL;01 PEDAL PARA ACIONAMENTO REMOTO;01 MANGUEIRA CONEXÃO DO CILINDRO DE GÁS AO EQUIPAMENTO;01 GABINETE;01 VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO;01 CD COM AS INSTRUÇÕES DE USO;10 EQUIPOS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO E INFUSÃO DO GÁS VIA SUBCUTÂNEO;O USO DE CABOS, ELETRODOS E OUTROS ACESSÓRIOS DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS ACIMA, PODEM RESULTAR EM AUMENTO DAS EMISSÕES OU DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE DO EQUIPAMENTO. BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

122 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CANETA LASER 658NM, POTÊNCIA DE 100NW, COM PONTA TOPOSCÓPICA, PARA EQUIPAMENTO SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO FLUENCE (FLUENCE LASER + LED FOTOTERAPIA, SEM CANETA; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO - PULSADO; FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 5 A 5000HZ; FREQUÊNCIA DO MODO NOGIER: 1,14 A 18688HZ; DOSIMETRIA PROGRAMADA: 0,5 A 50 JOULES; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS; SENSIBILIDADE: 10 NÍVEIS; SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE FEIXES: DIODO LASER; COMPRIMENTO DE ONDA: 470NM, 617NM, 658NM, 830NM E 904NM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

123 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA A LASER + LED FOTOTERAPIA, SEM CANETA; MODO DE EMISSÃO: CONTÍNUO - PULSADO; FREQUÊNCIA DO MODO PULSADO: 5 A 5000HZ; FREQUÊNCIA DO MODO NOGIER: 1,14 A 18688HZ; DOSIMETRIA PROGRAMADA: 0,5 A 50 JOULES; TEMPORIZADOR: 1 A 60 MINUTOS; SENSIBILIDADE: 10 NÍVEIS; SISTEMAS DE FORNECIMENTO DE FEIXES: DIODO LASER; COMPRIMENTO DE ONDA: 470NM, 617NM, 658NM, 830NM E 904NM. BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

124 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: APARELHO DE PRESSAO ADULTO - VELCRO COM ESTETÓSCOPIO CARACTERISTICAS: ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, COMPOSTO DE MANÔMETRO TIPO RELÓGIO EM ADEQUA- DA ARMAÇÃO METÁLICA, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES E DESREGULARES COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO RESISTENTE E EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, TENDO PARA FECHAMENTO "VELCRO" DE MECANISMO SIMPLES NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO, COM BOLSA PARA ARMAZENAR, MEDIDA DA BRACADEIRA 22CM LARGURA X 28CM CUMPRIMENTO. COM ESTETOSCÓPIO SIMPLES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (15)

125 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Detalhada: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO USO PROFISSIONAL, VOLTAGEM BIVOLT, POTÊNCIA ASPIRADOR 700, CAPACIDADE TANQUE 12, TIPO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE FILTRO 8,5L, FLUXO AR 240L/MIN E MANGUE, TIPO FILTRO MICROFILTRO ULPA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

126 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BALANÇO PROPRIOCEPTIVO PARA MECANOTERAPIA- BALANCIM EM AÇO COM ACABAMENTO PINTADO EM EPÓXI DE 1ª QUALIDADE, APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PARTE CENTRAL PREZA POR CORRENTES ZINCADAS, COM PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS 70 CM. DE COMPRIMENTO X 40 CM. DE LARGURA X 55 CM. DE ALTURA, DIMENSÕES DA BASE INTERNA 40 CM. DE COMPRIMENTO X 20 CM. DE LARGURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

127 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BANCO DE WELLS, MATERIAL MADEIRA/MDF REVESTIDA(O), APLICAÇÃO TESTE FLEXIBILIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO EM MILÍMETRO, ESCALA MÓVEL, TAMANHO TAMANHO ESPECÍFICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

128 - BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: BOMBA PERISTÁLTICA COM AS SGUINTES CARACTERÍSTICAS: UNIDADE MODULAR COM VELOCIDADE VARIÁVEL. O DRIVE DEVE SER COMPATÍVEL COM A CABEÇA DA BOMBA E A TUBULAÇÃO DEVE SER ACOPLÁVEL NA CABEÇA. TAXA DE FLUXO DA CABEÇA DA BOMBA: ~ 0,36 A 3400 ML/MIN. ROTAÇÃO: ~ 6 A 600 RPM. POTENCIÔMETRO SEPARADO DE GIRO ÚNICO E INTERRUPTOR PARA FRENTE- DESLIGAR/PARA TRÁS COM CENTRO DE INÉRCIA. MANTÉM A VELOCIDADE ENQUANTO A UNIDADE É LIGADA-DESLIGADA-PARA TRÁS. ACOMPANHA: UM CABO QUE CONECTA O MOTOR E O CONTROLADOR; E O CABO DE ENERGIA. DEVE OPERAR EM 60 HZ, 190 A 260 V, 1,6 A. MOTOR DE 75 W E 1/10 HP. CONTROLE DE VELOCIDADE ±0,25%. A CABEÇA DE BOMBA DEVE SER DE ALTO DESEMPENHO COM ALTA TAXA DE FLUXO E A GERAÇÃO DE PRESSÃO ELEVADA. DEVE OFERECER UMA MELHOR ELEVAÇÃO DE SUCÇÃO, UMA MELHOR TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS, E UMA MAIOR DURABILIDADE DA TUBULAÇÃO EM PRESSÕES DE ATÉ ± 25 PSIG (1.7 BAR) COM BOMBEAMENTO CONTÍNUO, E PRESSÕES DE ATÉ ±40 PSIG (2.7 BAR) INTERMITENTES. OS ROLOS, OS ROLAMENTOS, AS PLACAS DO ROTOR, E O EIXO DO ROTOR SÃO FEITOS DE AÇO INOX (SS); A CAMA DE OCLUSÃO FIXA É FEITA DE POLIPROPILENO (PP)- SS. DEVE SER COMPATÍVEL COM DIFERENTES TAMANHOS DE TUBULAÇÃO DE BOMBA. OBS: VER REST.ESP.EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

129 - BARRA PARALELA

Descrição Detalhada: BARRA PARALELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PISO PISO DE MADEIRA C/ BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, COMPRIMENTO 2,5M DE COMPRIMENTO, LARGURA 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

130 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: INCUBADORA DE DBO - VOLUME DE 86 LITROS CONTROLADORES DE TEMPERATURA: CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID; INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED), DE QUATRO DÍGITOS; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100, RESOLUÇÃO DE 0,1ºC; SESSENTA E QUATRO (64) SEGMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE RAMPA/PATAMAR DE TEMPERATURA POSSIBILITANDO O OPERADOR A CONFIGURAR DIVERSOS TIPOS DE RAMPA DE AQUECIMENTO. PAINEL DE CONTROLE: UM (01) CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, CHAVES DE ACIONAMENTO LUMINOSO E BOTÕES LIGA/DESLIGA PARA AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO. SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS E ALETADAS EM AÇO INOX AISI 304. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR MEIO DE UMA UNIDADE SELADA LIVRE DE CFC (REFRIGERANTE ECOLÓGICO R 134A). SISTEMA DE CIRCULAÇÃO: CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, ATRAVÉS DE UM MOTOR BLINDADO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDOS. FAIXA DE TEMPERATURA: TEMPERATURA REGULÁVEL DE 15ºC A 60ºC; UNIFORMIDADE ± 1ºC A 40ºC; ESTABILIDADE ± 0,5ºC A 40ºC. ESTRUTURA INTERNA: CHAPA DE AÇO INOX AISI 430 COM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE QUATRO (04) OBS: VER REST. ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

131 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS

Descrição Detalhada: BRAÇO PARA INJEÇÃO E PUNÇÃO ARTERIAL E APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVENOSAS, INTRAMUSCULARES E SUBCUTÂNEAS, ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÕES E A COLHEITA DE SANGUE. COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PULSAÇÕES ARTERIAIS NOS LOCAIS DE PUNÇÃO DAS ARTÉRIAS RADIAL E BRAQUIAL ATRAVÉS DE UMA BOMBA PERISTÁLTICA. DERIVAÇÃO ARTERIOVENOSA PARA A SIMULAÇÃO DE HEMODIÁLISE. o APLICAÇÃO DE INJEÇÕES INTRAVENOSAS NA REDE VENOSA DO BRAÇO E DA MÃO: UM BULBO DE PRESSÃO PERMITE AUMENTAR OU REDUZIR A PRESSÃO VENOSA. FORNECIDO COM SANGUE ARTIFICIAL, BOLSA PARA O SANGUE ARTIFICIAL, FUNIL, TALCO, PELE E VEIAS DE REPOSIÇÃO, SUPORTE E BOLSA DE TRANSPORTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

132 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: INCUBADORA PARA CO2 COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: FILTRO HEPA, PORTA DE VIDRO DUPLA COM LÂMINA TRANSPARENTE DE AQUECIMENTO, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO ENVIRO-SCAN COM DISPLAY ALFA-NUMÉRICO, JAQUETA DE ÁGUA COM PAREDE TRIPLA , VOLUME INTERNO DE 184 LITROS, INTERIOR EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, GUARNIÇÃO DA PORTA INTERNA REMOVÍVEL, PERMITE CONFIGURAR: ALARMES VISUAL E AUDÍVEL, CÓDIGO DE ACESSO, TROCA DE FILTRO HEPA, INTERFACE RS485 ORIFÍCIO DE ACESSO PARA AMOSTRAGEM DA CÂMARA COM FILTRO, SENSOR DE TEMPERATURA DUPLO, SENSOR DE CO2 TIPO CONDUTIVIDADE TÉRMICA PORTA REVERSÍVEL, CONTATO PARA ALARME REMOTO, SENSOR DE NÍVEL NA CÂMARA DA JAQUETA D'ÁGUA, POSSIBILIDADE DE INSTALAR SENSOR PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE RELATIVA FAIXA DE TEMPERATURA: AMBIENTE + 5 C ATÉ 55 C. PRECISÃO DE TEMPERATURA: + 0,1 C UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA: + 0,2 C FAIXA DE CONTROLE DE CO2: 0 A 20% PRECISÃO CO2: + 0,1 % UMIDADE RELATIVA DE 95% A 37 C 04 PRATELEIRAS DE AÇO INOX 28 GAUGE / CAPACIDADE MAX. PARA 17 PRATELEIRAS DIMENSÕES EXTERNAS: 66,0 x 100,3 x 63,5 CM. DIMENSÕES INTERNAS: 54,1 x 68,1 x 50,8 CM. PESO LÍQUIDO / BRUTO: 120,2 / 147,0 KG. 220 V / 60 HZ.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

133 - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

Descrição Detalhada: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES 10 CANAIS DE SAÍDA INDEPENDENTES, ADICIONAIS CONTÍNUA, SINCRÔNICA, DESOBSTRUÇÃO, SEQUENCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECÍPROCA, CORRENTE RUSSA, MÉDIA FREQUÊNCIA, ACESSÓRIOS DIADINÂMICA, CORRENTE CONTÍNUA, LCD COM AJUSTES, OPERAÇÃO FORMAS DE ONDA, DURAÇÃO PULSO, FREQUÊNCIA, PULSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

134 - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

Descrição Detalhada: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES 4 ELETRODOS,1 CANETA ESTIMULAÇÃO PONTUAL, ADICIONAIS 1 CABO SAÍDA,MANUAL DE FUNCIONAMENTO E USUÁRIO, DIMENSÕES 31,7 X 6,8 X 21,2 (LXAXP) 1,90 X 0,60 X 0,80(CXLXH), PESO 1,6, CORRENTE GALVANO FARADICA ESTIMULADOR, ALIMENTAÇÃO 110/220V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONSUMO MÁXIMO CONSUMO MÁXIMO 30W, GARANTIA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

135 - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

Descrição Detalhada: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES 4 ELETRODOS,1 CANETA ESTIMULAÇÃO PONTUAL, ADICIONAIS 1 CABO SAÍDA,MANUAL DE FUNCIONAMENTO E USUÁRIO, DIMENSÕES 31,7 X 6,8 X 21,2 (LXAXP) 1,90 X 0,60 X 0,80(CXLXH), PESO 1,6, CORRENTE GALVANO FARADICA ESTIMULADOR, ALIMENTAÇÃO 110/220V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CONSUMO MÁXIMO CONSUMO MÁXIMO 30W, GARANTIA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

136 - NEBULIZADOR

Descrição Detalhada: NEBULIZADOR, TIPO ULTRASÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS ACOPLAR A CIRCUITO VENTILATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

137 - SISTEMA NEUROESTIMULAÇÃO

Descrição Detalhada: SISTEMA NEUROESTIMULAÇÃO, TIPO GERADOR PULSO 8 CANAIS,1 OU 2 ELETRODOS 4-8 POLOS, AMPLITUDE 0 A 25.5MA, FREQUÊNCIA 2 A 200, TIPO CORRENTE CORRENTE CONSTANTE, PROGRAMAÇÃO 24 PROGRAMAS,2 SUBPROGRAMAS,LARGURA PULSO 52/507US, TIPO OPERAÇÃO ESTIMULAÇÃO CONTÍNUA,CICLICA E BOLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRODO 4 POLOS CILÍNDRICO(60CMX1,4MM), ESPAÇAMENTO 3MM COMPRIMENTO,ESPAÇO ENTRE POLOS 4MM,ÁREA 24MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

138 - APARELHO FOTOTERAPIA

Descrição Detalhada: APARELHO FOTOTERAPIA, MODELO LÂMPADA HALÓGENA DICRÓIDE, PEDESTAL COM RODÍZIOS, TIPO AJUSTE COM AJUSTE DE ALTURA, ANGULAÇÃO E FOCO, TIPO FILTRO FILTRO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, ALIMENTAÇÃO 60HZ/ BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

139 - CANETA

Descrição Detalhada: CANETA, TIPO USO PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, TIPO PONTA 830 NM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

140 - CANETA

Descrição Detalhada: CANETA, TIPO USO PARA EMISSÃO EM LASERTERAPIA, TIPO PONTA 904 NM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

141 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ROLO DE ESPUMA REVESTIDO DE CURVIN, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSICIONAMENTO, MODELO FORMATO MEIA LUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (5)

142 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO ROLO DE ESPUMA REVESTIDO DE CURVIN, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSICIONAMENTO, MODELO FORMATO MEIA LUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (5)

143 - BOMBA CENTRÍFUGA - PEÇA / COMPONENTE

Descrição Detalhada: BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO DE 1/2CV: BOCAIS COM ROSCA BSP, CARACOL DA BOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA MOTOR ELÉTRICO IP-00 COM CAPA DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO E CAPACITOR PERMANENTE, 2 POLOS, 60 HZ VOLTAGEM ÚNICA: 127 V OU 220 V. TEMPERATURA MÁXIMA DO LÍQUIDO BOMBEADO: 55°C.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

144 - MESA ORTOPEDICA

Descrição Detalhada: MESA ORTOPEDICA, TIPO ORTOSTÁTICA ADULTO, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO QUADRADO, CONTROLE SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELÉTRICO,SISTEMA DE FREIO, TIPO BASE MONTADO SOBRE RODÍZIOS DE 3´,TAMPO ESTOFADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ JOGO DE FAIXAS P/ FIXAÇÃO DO PACIENTE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V NÃO SELECIONÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

145 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO TÁBUA QUADRÍCEPS, MATERIAL MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇAS PARA GRADUAÇÃO, TIRA VELCRO TORNOZELO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (9)

146 - MEDIDOR VAZÃO

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO ROTÂMETRO: TUBO EM TERMOPLÁSTICO CRISTAL, FLUTUADOR EM AÇO INÓX, CONEXÃO EXTERNA ABS, CONEXÃO INTERNA EM POLIPROPILENO, O-RING BUNA. PARA FLUIDO ÁGUA, VAZÃO DE 0,3 A 2,5 L/S, PRESSÃO DE 20 MCA, TEMPERATURA DE 21 C, PARA CONEXÃO EM ROSCA BSPF 2".

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

147 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: TURBILHÃO PARA MMSS- TURBILHÃO PARA HIDROTERAPIA PRÓPRIO PARA MEMBROS SUPERIORES, TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE LIGA ESPECIAL 304 COM 1,27 MM. DE ESPESSURA (CHAPA 18), MEDINDO 700 MM. DE COMPRIMENTO X 400 MM. DE LARGURA X 500 MM. DE PROFUNDIDADE, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL, COM CAPACIDADE PARA 90 LITROS., TURBINA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP., 3.450 RPM. ROLAMENTO DE ALTA DURABILIDADE COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE ALIMENTAÇÃO 220 V. CONSUMO DE POTÊNCIA 300 W., ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA, FLUXO DE ÁGUA DE 220 LITROS POR MINUTO, REGULÁVEL NA ALTURA PERMITINDO AJUSTAR O DIRECIONAMENTO DO JATO A ÁREA DESEJADA, EQUIPADA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DA TURBINA AO TANQUE, DIMENSÕES 890 MM. DE ALTURA X 270 MM. DE DIÂMETRO, PESO 17 KG., DUCHA DIRECIONAL COM PRESSÃO REGULÁVEL, CONTROLE DE AERAÇÃO ACOPLADA A DUCHA, COM MANGUEIRA EM TUBO SINFONIZADO EM LIGA TOMBACK ASTM B-135, SEM COSTURA, SEM NENHUM ELEMENTO ORGÂNICO E ABSOLUTAMENTE VEDADO, REVESTIMENTO EXTERNO COM CAPA TRANÇADA DE FIOS DA MESMA LIGA DO TUBO, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, PODENDO SER USADO EM TEMPERATURAS DE 60ºC ATÉ + 250ºC., ACOPLADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

148 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: TURBILHÃO PARA MMII- TURBILHÃO PARA HIDROTERAPIA PRÓPRIO PARA MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, TANQUE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE LIGA ESPECIAL 304 COM 1,27 MM. DE ESPESSURA (CHAPA 18), MEDINDO 900 MM. DE COMPRIMENTO X 500 MM. DE LARGURA X 700 MM. DE PROFUNDIDADE, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO PROTETORA LATERAL, COM CAPACIDADE PARA 270 LITROS., TURBINA COM MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP., 3.450 RPM. ROLAMENTO DE ALTA DURABILIDADE COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE - ALIMENTAÇÃO 220 V. CONSUMO DE POTÊNCIA 300 W., ALTA ROTAÇÃO, AJUSTE DO NÍVEL DE AERAÇÃO DA ÁGUA, FLUXO DE ÁGUA DE 220 LITR15OS POR MINUTO, REGULÁVEL NA ALTURA PERMITINDO AJUSTAR O DIRECIONAMENTO DO JATO A ÁREA DESEJADA, EQUIPADA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO DA TURBINA AO TANQUE, DIMENSÕES 890 MM. DE ALTURA X 270 MM. DE DIÂMETRO, PESO 17 KG., DUCHA DIRECIONAL COM PRESSÃO REGULÁVEL, CONTROLE DE AERAÇÃO ACOPLADA A DUCHA, COM MANGUEIRA EM TUBO SINFONIZADO EM LIGA TOMBACK ASTM B-135, SEM COSTURA, SEM NENHUM ELEMENTO ORGÂNICO E ABSOLUTAMENTE VEDADO, REVESTIMENTO EXTERNO COM CAPA TRANÇADA DE FIOS DA MESMA LIGA DO TUBO, EXTREMAMENTE FLEXÍVEL, PODENDO SER USADO EM TEMPERATURAS DE - OBS: VER REST.ESP. NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

149 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BANHO ULTRASSONICO 2,8L 40KHZ COM AQUECIMENTO E TIMER. POSSUI: CIRCUITO ELETRO-ELETRÔNICO VENTILADO; CONTROLE DE TEMPO DE LIMPEZA PROGRAMÁVEL; CUBA EM AÇO INOX 304; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA; PAINEL DECORATIVO DE POLICARBONATO; PAINEL DE COMANDO DE FÁCIL OPERAÇÃO; TAMPA PLÁSTICA EM PETG; CESTO INOX. ALIMENTAÇÃO 110/220 AUTOMÁTICO FREQÜÊNCIA 50/60HZ FREQÜÊNCIA ULTRA-SÔNICA 40 KHZ, POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA 135 WATTS RMS, NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÃO 75 DB ± 5%; CAPACIDADE EM LITROS (VOL. ÚTIL APROXIMADO) 2,8 LITROS; AQUECIMENTO FIXO 60°C (± 5°C); TEMPORIZADOR DIGITAL 0 À 30 MINUTOS; DIMENSÕES APROXIMADAS CUBA / TANQUE : 240 X 137 X 100 MM; DRENO: 3/8 "

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: ULTRASSOM- OPERAÇÃO - CONTINUO E PULSADO NAS FREQÜÊNCIAS 100 HZ., MODULADO EM 50 %, 20 % E 10 % 48 HZ., MODULADO EM 20 % E 10 % E 16 HZ., MODULADO EM 20 % E 10 %, 18 PROTOCOLOS EM MEMÓRIA RESIDENTE, MEMÓRIA PARA GRAVAR ATE 16 PROTOCOLOS DO USUÁRIO, INDICAÇÃO DO CONTROLE DE SAÍDA : INTENSIDADE EM W/CM2 OU WATTS, POTÊNCIA EFETIVA MÁXIMA DE SAÍDA : MODO CONTÍNUO : 7,2 W ± 20%, MODO PULSADO : 10,5 W ± 20%, INTENSIDADE EFETIVA MÁXIMA : MODO CONTÍNUO : 2 W/CM2., MODO PULSADO : 3 W/CM2., TRANSDUTORES ANATÔMICOS, CABEÇOTES APLICADORES (TRANSDUTORES): TIPO : COLIMADO, COM ÁREA GEOMÉTRICA 15 CM²., ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA (ERA) : 3.6 CM2 ± 10%, RELAÇÃO DE INTENSIDADE (BNR) MAX. : < 6.0 : 1, ESTANQUEIDADE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA : IPX7, PESO : 215 GRAMAS, POTÊNCIA ACÚSTICA MÁXIMA : 10 WATTS, PAINEL COM TECLADO SUAVE, E DISPLAY GRÁFICO AZUL DE CRISTAL LIQUIDO COM ILUMINAÇÃO, PROTEÇÃO DE SOBRE AQUECIMENTO DO TRANSDUTOR, DETECÇÃO DE MAL CONTATO DO CABO DO TRANSDUTOR, ALIMENTAÇÃO 100 - 240 VAC. 50/60 HZ. (AUTOMÁTICO), CONSUMO MÁXIMO : 65 VA., TEMPORIZADOR : 1 A 20 MINUTOS, DIMENSÕES (LXAXP) 30 X 11 X 20 CM., PESO 1,8 KG., PROTEÇÃO CONTRA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO : OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (6)

151 - ESCADA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL MADEIRA PADRÃO MARFIM, TIPO DE CANTO COM RAMPA, DIMENSÃO ESCADA 1,37 X 0,79 X 1,62, DIMENSÃO RAMPA 1,37 X 0,79 X 1,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORRIMÃO E ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

152 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO. COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR. AS DIMENSÕES INTERNAS MINIMAS DEVEM SER DE L=600 X P=610 X A=600MM, COM VOLUME MÍNIMO DE 220 LITROS. DEVE ACOMPANHAR 2 BANDEJAS, E DEVE HAVER ESPAÇO PARA TRABALHAR COM 4 BANDEJAS, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 110MM ENTRE CADA BANDEJA. O CONTROLE DE TEMPERATURA É DIGITAL E MICROPROCESSADO. A PRECISÃO DEVE SER DE ±1°C. O MOTOR DE VENTILAÇÃO DEVE SER DE INDUÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

153 - BOMBA VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR; DUPLO ESTÁGIO; VAZÃO DE 56 LITROS POR MINUTO / 3,5M3/H; VÁCUO FINAL DE 27 POL. OU 685 MMHG; PRESSÃO DE 20 PSI; POTÊNCIA DE 1/4 HP, MOTOR INDUÇÃO; MANÔMETRO E VACUÔMETRO PARA CONTROLE; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; FILTRO DE AR PARA RETENÇÃO DE IMPUREZAS; CABO DE ENERGIA COM 3 PINOS; ALIMENTAÇÃO COM SELETOR DE VOLTAGEM 110/220 VOLTS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

154 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: BANHO MARIA DIGITAL 4 ANÉIS. GABINETE EM FIBRA DE VIDRO LAMINADO RESISTENTE À CORROSÃO E ALTAS TEMPERATURAS; TANQUE EM AÇO INOX 304 SEM SOLDAS E COM CANTOS ARREDONDADOS; TORNEIRA DE DRENAGEM DE ÁGUA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 10ºC ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 110 ºC; DISPOSITIVO DE NÍVEL CONSTANTE; TAMPA EM AÇO INOX, REMOVÍVEL; ANÉIS DE REDUÇÃO EM AÇO INOX EM 3 TAMANHOS: DIÂMETRO DE 104 / 75 E 45 MM (TOTAL DE 4 BOCAS); APROXIMADOS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO COM POTENCIÔMETRO DE AJUSTE; DIMESÕES INTERNAS: A= 20 X L= 30 X P= 23 CM APROXIMADAS. DIMESÕES EXTERNAS: A= 28 X L= 36 X P= 30 CM APROXIMADAS. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, 750 WATTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

155 - BARRILETE

Descrição Detalhada: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50, COMPONENTES COM TAMPA ROSQUEÁVEL E ALÇA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

156 - FORNO MUFLA

Descrição Detalhada: FORNO MUFLA. DIMENSÕES INTERNAS: L=150 X A=100 X P=200 MM. EQUIPADO COM CONTROLADOR MICROPROCESSADO QUE POSSIBILITA ATÉ 3 CICLOS (3 RAMPAS E 3 PATAMARES) PROGRAMÁVEIS INDEPENDENTES. TIMER-STOP PARA INÍCIO E FIM DE PROGRAMAÇÃO. TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 1200°C, 220 VOLTS, 60 HZ, BIFÁSICO, 1700 WATTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

157 - COLUNA DEIONIZADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H: COM VAZÃO DE 50L/H; BIVOLT AUTOMÁTICO; CARCAÇA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC; COLUNA DEIONIZADORA (50 L/H); CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO; LEITO DE RESINA MISTA (CATIÔNICA + ANIÔNICA); CARTUCHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

158 - APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCENTRICOS. COM 2 CILINDROS, MAIOR COM DIÂMETRO DE 500 MM E MENOR COM 250 MM. POSSUI RÉGUA NO CILINDRO MENOR E BISELADAS PARA FACILITAR A PENETRAÇÃO. ACOMPANHA MARRETA DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

159 - APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: PENETRÔMETRO DE IMPACTO PARA SOLO AGRÍCOLA. CONJUNTO COMPOSTO DE HASTE, EMBOLO, BATENTE, HASTE DE PENETRAÇÃO E PONTAS DE PENTRAÇÃO. ACOMPANHA ESTOJO PARA ACOMDICIONAMENTO. DEVE HAVER MARCAS A CADA CENTÍMETRO NA HASTE DE PENETRAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

160 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE ÁGUA PARA 5 LITROS/HORA. CARACTERÍSTICAS: PARA APLICAÇÕES MAIS RIGOROSAS NA ÁREA BIOQUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA FINA E PESQUISAS, DESTILADOR PELO SISTEMA "PILSEN" ONDE A ÁGUA ENTRA NA CALDEIRA, É PRÉ-AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM EBULIÇÃO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO ÁGUA PURA QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA. 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

161 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR DE PENEIRAS PARA FRACIONAMENTO DE AREIA 110/220V-50/60HZ, COM DISPOSITIVO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO ATÉ 99 MINUTOS, COM CAPACIDADE PARA 8 PENEIRAS DIÂMETRO 8X2" OU 17 PENEIRAS DIÂMETRO 8X1" MAIS TAMPA E FUNDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

162 - FERRAMENTA

Descrição Detalhada: AMOSTRADOR DE SOLOS PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS INDEFORMADAS. COM DIÂMETRO DE 50X53 MM. CONJUNTO COMPLETO COM 24 ANÉIS E AMOSTRADOR. ACOMPANHA: 01 COLETOR COM CAPACIDADE PARA CILINDROS DE 5 CM, 02 HASTES PROLONGADAS DE 40 CM, 01 BATEDOR COM 10 CM DE COMPRIMENTO, 01 CABO EXTRATOR, 01 MARRETA DE FERRO REVESTIDA DE BORRACHA, 24 TAMPAS E 24 FUNDOS DE PLÁSTICO PARA ANÉIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: JG

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

163 - BALANÇA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA COM PRECISÃO DE 0,0001G E COM CAPELA, 220V, BALANCA ELETRONICA ANALITICA, CAP. 220G - SENS. 0,1MG, COM SAIDA SERIAL RS 232, UNIDADES DE MEDIDA DISPONIVEIS EM G, MG, %, MOM, LB, OZ, OZT, TAEL, DWT, GN, M, B, T, O, D, APROVADA P/ INMETRO; BIVOLT ; PRATO(/)80MM COM CAPELA DE VIDRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

164 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA DE PRECISÃO. CAPACIDADE DE 3200G E DIVISÃO DE 0,01GR OU DE MAIOR DETALHE. TENSÃO DE 100 A 240V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

165 - APARELHO MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: APARELHO MULTIPARAMETRO PARA ANÁLISE DE ÁGUA. DEVE SER PORTÁTIL. DEVE FAZER PARTE DO CONJUNTO OS SENSORES DE PH/ORP, CE, OD, TURBIDEZ, SENSOR ISE AMONIO, SENSOR ISE CLORETO, SENSOR ISE NITRATO, CABO DA SONDA DE 4 METROS, ESTOJO DE TRANSPORTE E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 12V. DEVE CONTER TAMBÉM AS SEGUINTES SOLUÇÕES: PH 4.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; PH 7.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; PH 7.01 SOLUÇÃO BUFFER ? 500 ML; SOLUÇÃO LIMPEZA GERAL 500 ML, ORP, SOLUÇÃO DE VERIFICAÇÃO 240 MV 500 ML; 12880 ?, CM SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE (?S, CM), 500 ML; 1413 ?, CM SOLUÇÃO DE CONDUTIVIDADE (?S, CM), 500 ML; SOLUÇÃO ZERO OXIGÊNIO DISSOVIDO, 500 ML; ELETROLÍTICA PARA SONDA OD GALVÂNICA; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE AMÔNIA 10 PPM PARA O HI7609829?10 MÓDULO ISE, SIZE; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE AMÔNIA 100 PPM PARA HI7609829?10 MÓDULO ISE, SIZE; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 0 FNU; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 20 FNU; SOLUÇÃO DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ PARA ? 200 FNU. O APARELHO REGISTRADOR DEVE TER CAPACIDADE DE REGISTRAR 60.000 COM 13 PARÂMETROS. CADA. DEVE HAVER 1 PORTA USB PARA INTERFACE. A TELA DO APARELHO DEVE SER LCD COM LUZ DE FUNDO. OBS: VER REST. ESP. EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

166 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: MESA AGITADORA ORBITAL. DEVE TER CAPACIDADE PARA 24 ERLENMEYER DE 250ML. DEVE SER DIGITAL E COM DISPLAY DIGITAL, PROGRAMÁVEL ATÉ 9.999 MINUTOS E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. O GABINETE DEVE SER EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA. DEVE CONTER UMA PLATAFORMA PARA 24 ERLENMEYER DE 250ML. PESO APROXIMADO DE 35KG E TENSÃO 220V. ROTAÇÃO ENTRE 30 E 250 RPM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

167 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: AGITADOR DE TUBOS VÓRTEX. GABINETE EM PLÁSTICO ABS E BASE EM FERRO FUNDIDO. MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO). MECANISMO DE AGITAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA. PÉS DE BORRACHA PARA FIXAÇÃO NA BANCADA DO LABORATÓRIO. VELOCIDADE FIXA: 2800RPM. CONSUMO: 40 WATTS. CAPACIDADE TUBOS DE 1,5 A 50ML. ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V OU BIVOLT.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

168 - GUINCHO

Descrição Detalhada: GUINCHO ELÉTRICO HOSPITALAR - FREEDOM TRANSFER - STAND UP - O GUINCHO FOI DESENVOLVIDO PARA FAZER TRANSFERÊNCIAS OU DESLOCAMENTOS DE PACIENTES OU USUÁRIOS COM TOTAL CONFORTO, DEPENDENDO DA OPÇÃO DE MONTAGEM, BEM COMO REDUZIR O ESFORÇO FÍSICO DO CUIDADOR QUE INDIVIDUALMENTE CONSEGUE MOVIMENTAR UMA PESSOA DE ATE 200 KG COM SEGURANÇA, E INDICADO PARA O USO INDIVIDUAL, INCLUSIVE EM VIAGENS OU COLETIVO TAIS COMO CLINICAS, HOSPITAIS, ETC. BIVOLT OU 220V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

169 - MODULO DIDÁTICO

Descrição Detalhada: MODULO LASER VERDE DE ALTO DESEMPENHO (LASER NDYAG DOBRADO) COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 532 NM. A LUZ VERDE DA CLASSE DE SEGURANÇA II EMITIDA É ADEQUADA IDEALMENTE PARA AS DEMONSTRAÇÕES ÓPTICAS, DEVIDO QUE ESTÁ SITUADA PERTO DA SENSIBILIDADE MÁXIMA DO OLHO HUMANO. É TÃO BEM VISÍVEL QUANTO O FEIXE DE LASER VERMELHO COM UMA POTÊNCIA DE 5 MW. ABRIGADO NUM CORPO DE ALUMÍNIO COMPACTO E RESISTENTE. PRESO COM UMA HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 MM E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO. CLASSE DE PROTEÇÃO LASER: II. POTÊNCIA DE SAÍDA: 0,4 - 1 MW EM 20° C. COMPRIMENTO DE ONDA: 532 NM ± 0.1 NM. TAMANHO DO PONTO DE LUZ A 5 M DISTÂNCIA: < 9 MM Ø. DIVERGÊNCIA: < 2 MRAD. VOLTAGEM OPERATIVA: 3 V DC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: KT

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

170 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - COM ÓTICA INFINITA E OBJETIVAS PLANACROMATICAS.COMPOSTO: ESTATIVA COMPOSTA DE BASE E COLUNA DE DESING MODERNO E ERGONOMICO. REVÓLVER PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS CF DE 4X (NA 0,1/WD 0,25MM), 10X (NA 0,25/ WD 6,7MM) ,40X (NA 0,65MM/WD 0,6 MM) E 100X (NA 1,25/WD 0,14MM) IMERSÃO E RETRÁTIL A ÓLEO. PLATINA DE 155 X 134 MM COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 76 X 40 MM. CABEÇOTE BINOCULAR TIPO SIEDENTOPF COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS AJUSTEINTERPUPILAR DE 47MM ATÉ 75 MM E COM PROTEÇÃO ANTI-FUNGO. 01 PAR DE OCULARES CFI-E 10 X COM CAMPO DE 18 MM. AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES. AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO MICROMETRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO COM INCREMENTOS DE 2 MICRONS E CURSO DE 22 MM. MACRO MICROMETRICO COM AJUSTE DE TENSÃO E COM CONTROLE DE CHARRIOT PROXIMO DE SEU COMANDO (CONTROLE ERGONOMECO). ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADA POR PLACA ELETRONICA 6 VOLTS/ 20 WATTS COM ILUMINARDOR E REFLETOR . ILUMINADOR INOVADOR MÓVEL QUE PERMITE A TROCA DE LÂMPADAS PELA PARTE SUPERIOR DO MICROSCÓPIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (20)

171 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM BASE DIASCÓPICA, CORPO BÁSICO COM SISTEMA PROGRESSIVO DE AUMENTOS ATRAVÉS DE ZOOM SISTEMA DE ZOOM DE 0,8X 5,0X, COM AUMENTO FINAL DE 8X 50X SEM UTILIZAÇÃO DE LENTE AUXILIAR. LENTE AUXILIAR DE 2X QUE AMPLIFICA O AUMENTO DO EQUIPAMENTO PARA 100X. TUBO BINOCULAR F=1X, INCLINAÇÃO DE 45O. GRAUS C/ AJUSTES INTERPUPILAR DE 52 A 722 OCULARES FIXA C.W. 10X (F.N.22 MM). ESTATIVA C/ ILUMINAÇÃO NA BASE DIASCÓPICA ATRAVÉS DE LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6 VOLTS/20 WATTS, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ. 02 PRESILHAS METÁLICAS 01 DISCO DE VIDRO FOSCO LEITOSO PARA CAMPO CLARO 01 DISCO DE VIDRO FOSCO PRETO PARA CAMPO ESCURO 01 DISCO DE VIDRO TRANSPARENTE. AJUSTE DE DIOPTRIA DE +5 E 5 ACOMPANHA 01 LÂMPADA RESERVA, MANUAL E CAPA PROTETORA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (20)

172 - CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

173 - ANDADOR ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, TIPO PÉS SEM RODÍZIOS, ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHAS REVESTIDAS COURO SINTÉTIO P/APOIO BRAÇOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PEÇA

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

174 - CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Detalhada: CARRINHO AUXILIAR COM TRÊS PRATELEIRAS E RODÍZIOS, EM MADEIRA ENVERNIZADO, PRÓPRIO PARA APOIAR EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 0,5 M, LARGURA: 0,4 M, ALTURA: 0,77 M.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (24)

175 - APARELHO RAIO INFRAVERMELHO

Descrição Detalhada: APARELHO RAIO INFRAVERMELHO, TENSÃO 110/220, POTÊNCIA PICO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDESTAL C/ RODÍZIO, HASTE REGULÁVEL E LÂMPADA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (4)

176 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO DE BONNET DUPLO, MATERIAL AÇO INOX, PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOFADA EM COURVIN, COMPONENTES COM ENCOSTO E APOIO LATERAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

177 - APARELHO GINÁSTICA

Descrição Detalhada: RODA DE OMBRO, PARA EXERCÍCIOS GLOBAIS DE OMBRO (FLEXO-EXTENSÃO, ABDUÇÃO, ROTAÇÃO DE OMBRO), INDICADO PARA PORTADORES DE LIMITAÇÃO ARTICULAR E MOTORA, AUMENTANDO A FORÇA MUSCULAR ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO ATIVA DA ARTICULAÇÃO DE OMBRO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CROMADO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE CARGA MECÂNICA, RODA AJUSTÁVEL EM 27 CM. NA ALTURA E RAIO DA MANOPLA REGULÁVEL, MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, DIMENSÕES 70 CM. DIÂMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

178 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: MACA RPG UTILIZADA NA TÉCNICA DE REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL; ALTURA MÁXIMA, SEM HASTE: 88CM; ALTURA MÍNIMA, SEM HASTE: 67CM; LARGURA MÍNIMA, BRAÇOS FECHADOS: 1,05M; LARGURA MÁXIMA, BRAÇOS ABERTOS: 2,00M; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 135KG; COMPOSTO DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE 33 E COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO. PERMITE REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) MANUAL. ACOMPANHA OS SEGUINTES ITENS:01 HASTE COM CINTA; 01 CORDA EM NYLON; 04 VELCROS NOS BRAÇOS; 02 ALÇAS PARA PÉS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

179 - APARELHO GINÁSTICA

Descrição Detalhada: ORBITADOR / VESTIBULADOR, CONSTITUÍDO POR UM MONOTRILHO DESLIZANTE EM AÇO E COM CARRINHO COM ENGATE GIRATÓRIO, REFORÇADO POR UMA VIGA LONGITUDINAL ENTRELAÇADA E SUSTENTADO POR UM CAVALETE TUBULAR DE AÇO, E POR UMA GRADE EM SAE 1010/1020FF COM DUAS COLUNAS COM SAPATAS. TEM UM RECEPTOR PARA 2 PONTOS E DUAS HASTES PARA RECEPÇÃO DE 4 PONTOS, 4 MOLAS DE TRAÇÃO, 6 MOSQUETÕES. DIMENSÃO DISPONÍVEL: LARGURA DE 2,80 M, ALTURA DE 2,00 A 2,80 M, COMPRIMENTO MÁXIMO: DE 6 A 10 M.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

180 - APARELHO GINÁSTICA

Descrição Detalhada: CASULO ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE LYCRA, AS PONTAS SE PRENDEM A DUAS ARGOLAS DE AÇO DE 6MM, FIXADO A DUAS FITAS CABO, SUPORTANDO PESO MÁXIMO DE 40KG.MEDIDAS: 1,20 X 1,20 M.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

181 - PLATAFORMA PARA GINÁSTICA

Descrição Detalhada: PLATAFORMA CIRCULAR GRANDE, CHAPA DE AÇO CURVA, ESTRUTURADO INTERNAMENTE POR TUBOS DE AÇO E FORRADO COM EVA DE 3MM. POSSUÍ 4 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. POSSUÍ UMA HASTE DE 80 CM DE ALTURA COM ESTABILIZADOR DE CABEÇA, ESTABILIZADORES DE QUADRIL E TRONCO AJUSTÁVEIS E GUIDÃO COM AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÃO. O SISTEMA É FIXADO ATRAVÉS DE DUAS FITAS CABO E DUAS MOLAS. SUPORTE DE PESO MÁXIMO 40KG.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

182 - MODULO DIDÁTICO

Descrição Detalhada: Plataforma Plana Grande, Retangular - Confeccionada em madeira compensada de 15mm, forrada com eva de 10mm, fixada a duas fitas cabo. Medidas: largura 0,55m - 0,85m de comprimento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

183 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: Rolo de espuma Suspenso. Em espuma dureza D28, com fixação interna de aço, forrado com tecido sintético. Medidas: cumprimento 1,30m e diâmetro de 0,25m.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

184 - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO

Descrição Detalhada: Rede Ajustável - Constituída de 2 hastes tubulares de aço com argolas revestidas por uma tela reforçada de fio de nylon entrelaçada e emborrachada. Suas laterais são reforçadas por uma cinta de nylon larga, fixada a duas fitas cabo Medidas: aberta: larg. 1,42m - 0,99m comprimento. Peso máximo 50kg.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

185 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: CARRO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, COM BANDEJA SUPERIOR COM BASE GIRATÓRIA PARA ACOMODAÇÃO DO DESFIBRILADOR, ESTRUTURA METÁLICA TODA EM AÇO INOX, SUPORTE PARA SORO COM GANCHOS, FRASCOS DE ASPIRAÇÃO, TABUA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO GARRAFA C/ CAPACIDADE DE 1.76 L, DIVISÓRIA EM DUAS GAVETAS, RODÍZIOS ANTI-POEIRA, SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE; TRAVA NA 1ª GAVETA, SISTEMA DE SEGURANÇA NAS GAVETAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

186 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR BIFÁSICO MANUAL E AUTOMÁTICO COM MONITOR E REGISTRADOR DE ECG DE 50 MM, MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS INTERNA AUTOMÁTICA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MONITOR: SELEÇÃO DE DERIVAÇÕES: SEQÜÊNCIA I, II, III, AVR, AVL, AVF E V. ELETRO REALIZADO TAMBÉM PELAS PÁS, VELOCIDADE DE VARREDURA 25 MM/SEG. REGISTRADOR EM PAPEL: DIMENSÃO 50 MM. VISUALIZAÇÃO NA TELA DOS SEGUINTES DADOS: TRAÇADO DO ELETRO, DERIVAÇÃO, FREQÜÊNCIA CARDÍACA (20 A 350 BPM), RITMO DO MARCA PASSO EXTERNO E ENERGIA ENTREGUE. TAMANHO DO ECG 4,3,2.5,2,1.5,1,0.5,0.25 CM/MV. ALERTA DE VOZ QUANDO SELECIONADO PARA ALERTAS OU ALARMES CONFIGURAÇÃO (ON/OFF) REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE CADA DISPARO; IMPRESSÃO AUTOMÁTICA / MANUAL; ALARMES PROGRAMÁVEIS. DESFIBRILADOR: FORMA DA ONDA BIFÁSICO TRUNCADO EXPONENCIAL. SELEÇÃO DE ENERGIA EXTERNA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 E 360 JOULES. PODENDO SER CONFIGURADO SEQÜÊNCIA DE 100-200, 100-300, 100-360. SELEÇÃO DE ENERGIA INTERNA: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 E 50 JOUL OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

187 - MATERIAL FISIOTERAPIA

Descrição Detalhada: MATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO APARELHO TENS/FES, APLICAÇÃO FISIOTERAPIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPERAÇÃO EM BURST/NORMAL,CONTROLES R/T E MODO FES, COMPONENTES C/4CANAIS,PARÂMETROS FIXOS P/RISE/DECAY,PESO 3,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (7)

188 - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR

Descrição Detalhada: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, COMPONENTES MICROPROCESSADO, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, ADICIONAIS TRATAMENTO UROGINECOLÓGICO, CORRENTE CORRENTE BIPOLAR MÁXIMA 60MA, ALIMENTAÇÃO 110/220V C/ SELEÇÃO AUTOMÁTICA, CONSUMO MÁXIMO CONSUMO MÁXIMO 20W, GARANTIA MANUAL DE OPERAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERAPIA DE 0 A 60MINUTOS, > 20 PROGRAMAS, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, ELETRODO ANAL, ELETRODO VAGINAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (3)

189 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: ELETRODO VAGINAL PARA USO NO EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE ELETROTERAPIA DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO, DE TEFLON, NA COR BRANCA, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO GRANDE SONDA VAGINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (20)

190 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO GERADOR DE CORRENTE AUSSIE - TIPO DE CORRENTE SENOIDAL COM FREQUÊNCIA PORTADORA DE 1.000HZ OU 4.000HZ COM DURAÇÃO DE BURST DE 4MS OU 2MS, MODULADA EM TRENS DE PULSO (BURSTS) DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL DE 1 A 120 HZ. A ESTIMULAÇÃO PODE SER FEITA NOS SEGUINTES MODOS: MODO CONTÍNUO, ONDE A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO É CONTÍNUA E CONSTANTE. MODO SINCRONIZADO (COM RAMPAS ON, OFF, RISE E DECAY) ONDE OS QUATRO CANAIS FUNCIONAM AO MESMO TEMPO, SINCRONIZADOS. A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO SEGUE OS TEMPOS ESCOLHIDOS NAS RAMPAS. MODO RECÍPROCO (COM RAMPAS ON, OFF, RISE E DECAY) ONDE OS CANAIS 1 E 3 FUNCIONAM ALTERNADAMENTE COM OS CANAIS 2 E 4. A SENSAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO SEGUE OS TEMPOS ESCOLHIDOS NAS RAMPAS. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL; 2 CABOS DE CONEXÃO AO PACIENTE, CADA UM COM 4 FIOS E PINOS BANANA NAS PONTAS; 4 PARES DE ELETRODO DE BORRACHA DE SILICONE 50 X 50MM; 4 PARES DE ELETRODO DE BORRACHA DE SILICONE 30 X 50MM; 1 FUSÍVEL 2A DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTE; 1 BOLSA PARA TRANSPORTE (LINHA SAFIRA). CARACTERÍSTICAS: BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ; DIMENSÕES: 265 X 275 X 115 (L X P X A); PESO APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 2,5 QUILOS; CANAIS DE SAÍDA: OBS: VER REST.ESP.NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

191 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: MÁQUINA DE GELO; GABINETE EM AÇO INOX COM DEPÓSITO INCORPORADO, PRODUÇÃO: KG/DIA, A 22°C = 55KG/ DIA, A 27°C = 51KG/ DIA, A 32°C = 47KG/ DIA, A 37°C = 41KG/DIA CAPACIDADE DO DEPÓSITO 10KG (450 CUBOS), PESO 38 KG, POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 DE HP· 220V, PRODUÇÃO DE GELO GARANTIDA PARA ENTRADA DE ÁGUA 5ºC INFERIOR À TEMPERATURA AMBIENTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

192 - APARELHO DIATERMIA

Descrição Detalhada: APARELHO DIATERMIA, TIPO ONDAS CURTAS, OPERAÇÃO MODO EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO, MICROPROCESSADO, COMPONENTES CONTÍNUO 180W, PULSADO 250W, PAR ELETRODOS, CABO, ALIMENTAÇÃO 220, FREQUÊNCIA 45 A 400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

193 - NEGATOSCÓPIO

Descrição Detalhada: NEGATOSCÓPIO PARA LEITURA DE RADIOGRAFIAS (TELE E PANORÂMICA) COM LUPA ACOPLADA, EM PVC DE ALTO IMPACTO, COM VISOR ACRÍLICO, EM TRÊS DIMENSÕES DE 32x20.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

194 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCI-AIS

Descrição Detalhada: STAND IN TABLE - INFANTIL CONSTRUÍDO EM MADEIRA ENVERNIZADO AO NATURAL MEDIDAS:94 CM. DE ALTURA X 21 CM. DE PROFUNDIDADE X 34 CM. DE LARGURA, BASE MEDINDO 60X60CM., MESA MEDINDO 60X60CM. 7 REGULAGENS INTERNAS DE ALTURA COM DISTANCIA DE 3CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (2)

195 - EXAUSTOR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE EXAUSTÃO COM CAPELA DE EXAUSTÃO DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTE AO FOGO, PORTAS DE VIDRO, EXAUSTOR COM CAPACIDADE DE 10M3 POR MINUTO, MOTOR BLINDADO RESISTENTE AOS GASES TÓXICOS, DUTO DE EXAUSTÃO MINIMO DE 100MM, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, INTERRUPTOR EXTERNO, BIVOLT OU 220 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

196 - SELADORA EMBALAGEM

Descrição Detalhada: SELADORA ESPECÍFICA PARA ROLOS PAPEL GRAU-CIRÚRGICO E POLIPROPILENO / BOPP, CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300ºC, ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO, SELAGEM RÁPIDA E EFICIENTE PARA ROLOS DE ATÉ 30 CM DE LARGURA, SISTEMA DE CORTE, COM 30 CM DE LARGURA E COM FACA DE DUPLO CORTE, POSSUI SUPORTE PARA COLOCAÇÃO DOS ROLOS A SEREM SELADOS, 1 (UM) ANO DE GARANTIA, 220 VOLTS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

197 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: BLOCO DIGESTOR PARA NITROGÊNIO DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA 40 PROVAS MICRO - TUBOS DE ENSAIO EM VIDRO BOROSSILICATO COM ORLA (25X250MM) PARA AMOSTRAS DE ATÉ 50 ML. RESISTÊNCIA BLINDADA ENCAPSULADA, TEMPERATURA DE 50ºC A 450ºC COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, PID. CONSUMO DE 2.000 WATTS E ALIMENTAÇÃO DE 220VOLTS. CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO MA4025/A. GALERIA TRANSPORTADORA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS MICRO. APLICÁVEL EM DIGESTÕES DE AMOSTRAS SOB ALTA TEMPERATURA EM MEIOS ÁCIDOS E PRESENÇA DE CATALIZADORES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

198 - DESTILADOR ÁGUA

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE FIBRA EM GABINETE DE AÇO CARBONO, CÂMARA DE DIGESTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPACIDADE PARA 3000 ML, TAMPA CONDENSADORA EM VIDRO BOROSILICATO, SUPORTE PARA 30 PROVAS DIVIDIDO EM 10 DISCOS PERFURADOS COM MOVIMENTOS RECIPLOCANTE. CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, COM FAIXA DE TRABALHO ATÉ 120ºC (±0,5ºC). SENSOR TIPO PT100. RESISTÊNCIA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM REGULAGEM ATÉ 99,95MIN. ALARME SONORO DE TÉRMINO DO CICLO PROGRAMADO. POTÊNCIA 1100 WATTS. TENSÃO 220 VOLTS. INCLUI UMA SELADORA DE SAQUINHOS TNT E 200 SAQUINHOS DE TNT, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)

199 - DESTILADOR DE NITROGÊNIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR DE NITROGÊNIO AMONIACAL, BASES VOLÁTEIS TOTAIS (BVT) E ANÁLISE DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA PELO MÉTODO DE KJELDAHL APÓS O PROCESSO DE DIGESTÃO. GABINETE EXTERNO: AÇO INOX 304. VIDRARIA: VIDRO BOROSSILICATO. CALDEIRA EM VIDRO BOROSSILICATO COM SENSOR DE NÍVEL (LED) E VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DA CALDEIRA AUXILIADA POR ILUMINAÇÃO. CAPACIDADE DE DESTILAÇÃO DE 18ML/MIN. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA EM INOX. POTENCIA DA RESISTÊNCIA: 1500W. TENSÃO ELÉTRICA 220 VOLTS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. INCLUI 1 TUBO MICRO DE 25 X 250 MM COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO E FUSÍVEIS EXTRA. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: PC

Local de Entrega (Quantidade): UBERLANDIA/MG (1)